

Certificado No.: 43829

Fecha de Calibración: 2024-03-20

Equipo (Instrument): Desfibrilador + MSV

Marca (Brand): Schiller

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
ECG	60 BPM	60 BPM	0 BPM	± 0.89 BPM
ECG	120 BPM	120 BPM	0 BPM	± 0.89 BPM
ECG	180 BPM	180 BPM	0 BPM	± 0.89 BPM
ECG	240 BPM	240 BPM	0 BPM	± 0.89 BPM
ECG	300 BPM	300 BPM	0 BPM	± 0.89 BPM
Desfibrilación	29.39 J	30 J	0.61 J	± 2.6 %
Desfibrilación	69.26 J	70 J	0.74 J	± 2.4 %
Desfibrilación	89.43 J	90 J	0.57 J	± 4.4 %
Desfibrilación	118.1 J	120 J	1.9 J	± 4.4 %
Desfibrilación	148.4 J	150 J	1.6 J	± 4.4 %
Desfibrilación	198.1 J	200 J	1.9 J	± 4.4 %
Saturación #	20 %SPO2	21 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	30 %SPO2	31 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	40 %SPO2	41 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	50 %SPO2	51 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	60 %SPO2	61 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	70 %SPO2	71 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	80 %SPO2	81 %SPO2	1 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	90 %SPO2	90 %SPO2	0 %SPO2	1 % SPO2
Saturación #	100 %SPO2	99 %SPO2	-1 %SPO2	1 % SPO2