

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 54121

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-02-18

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-02-19

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-02-19

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-02-19

Cliente (Client): Copa Airlines
Dirección (Direction): Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, Panamá

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Tester calibration unit	Int. de Medición: 120 MΩ	Ubicación: Campo
Marca (Brand): DESCO	<i>(Measurement Range)</i>	<i>(Location)</i>
Modelo (Model): 7010	División de escala: N/A	Lugar de Calibración: In situ
Serie (Serial #) / ID: 070101509088	<i>(Resolution)</i>	<i>(Place of Calibration):</i> On Site

Datos de Calibración (Calibration Info)
Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Temperatura (Temp): (24.2 a 24.2) °C

Humedad (Humidity): (42 a 42) % HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-10155	2024-11-13	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:

Ninguno.

Comments
Calibrado por:

Ing. Edwin Carvajal

Calibrated by:
Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 54121

Equipo (Instrument): Tester calibration unit

Fecha de Calibración: 2025-02-19

Marca (Brand): DESCO

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia	675 kΩ	674.406 kΩ	675.000 kΩ	0.594 kΩ	± 16 Ω
Resistencia	825 kΩ	826.008 kΩ	825.000 kΩ	-1.008 kΩ	± 16 Ω
Resistencia	8.5 MΩ	8.49674 MΩ	8.50000 MΩ	0.00326 MΩ	± 0.29 kΩ
Resistencia	11.5 MΩ	11.4929 MΩ	11.5000 MΩ	0.0071 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia	80 MΩ	79.6288 MΩ	80.0000 MΩ	0.3712 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia	120 MΩ	118.369 MΩ	120.000 MΩ	1.631 MΩ	± 2.1 MΩ