

 ESTADO

✓ Hecho

 TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Reactivo

 DESCRIPCIÓN

Se recibe el equipo con una sonda de 3 parámetros. Se revisa funcionamiento y estado general.

 ASIGNADOS Manuel Meneses UBICACIÓN

IMEL QUIMICA Principal:
INNOVATECIS,
S.A.

 EQUIPO

**HANNA HI 9828 Medidor
Multiparámetros**

 PROCEDIMIENTO

PH-Mantenimiento y Prueba de Desempeño (PT-VAL)

13 / 13

Campos completados

 Descripción

Prueba de Ajustes y toma de datos

Anotar valores de pH milivolts para cada buffer que aplique.

PH 4 y milivolts (3 mediciones):

173.4

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:28 AM

PH 7 y milivolts (3 mediciones):

0.2

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:28 AM

PH 10 y milivolts (3 mediciones):

0

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:34 AM



Soluciones Buffer Utilizadas::

N/A

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:28 AM

Comprobación Final:

- ☒ Funcionamiento de Teclado
- ☒ Estado de Pantalla
- ☒ Fuente de Poder
- ☒ Limpieza general (interna y externa)

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:28 AM

Resultados y Comentarios :

✓ Aprobado



Alerta


Falla









**Notas:**

El equipo se encontró en buenas condiciones. No se observa signos de deterioro o mal funcionamiento aparte de lo relacionado con el uso normal.

Se recibe con nivel de batería bajo. Se carga por unos minutos y se completan las pruebas sin que se observé desgaste prematuro de la batería.

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:28 AM

Datos de sondas adicionales:

0

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:34 AM

Field:

✓ Aprobado

Alerta

Falla

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:29 AM

Datos de sondas adicionales:

N/A

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:34 AM



Pasa pruebas de inspección :

✓ Aprobado

Alerta

Falla

Notas:

Después de realizar las pruebas de medición se comprueba que el equipo está midiendo correctamente y con velocidad de respuesta adecuada.

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:30 AM

Procedimiento completado por::

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:33 AM

Recibido conforme::

% INNOVATEC

Firmado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:33 AM

Fecha::

12/12/2024

Rellenado por Manuel Meneses el 12/13/2024, 7:33 AM

📄 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 12/12/2024, 12:40 PM

Última actualización el 12/13/2024, 7:34 AM

Completado el 12/13/2024, 7:34 AM



Firmado por

Fecha