

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75.

Panamá, Panamá

(+507) 310 2868

ventas.panama@group-innovatec.com

Certificado No. (Certificate #): 57050

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-05-16

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-05-19

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-05-19

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-05-19

Cliente (Client): CONSORCIO HPH JOINT VENTURE
Panamá Pacifico, Boulevard Las Américas, Edificio RSSC

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de resistencia a tierra	Int. de Medición:	1500 Ω; 30 AAC	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	KYORITSU	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	KEW4202	División de escala:	1 Ω; 0,1 AAC	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #) / ID:	8428831	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (24.7 a 24.4) °C

Humedad (Humidity): (44 a 43) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	47302	2024-08-12	1 año
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-10155	2024-11-27	2 año
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:

Comments Ninguno

Calibrado por:

Calibrated by:

Ing. Edwin Carvajal

Aprobado por:

Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 57050

Equipo (Instrument): Medidor de resistencia a tierra

Fecha de Calibración: 2025-05-19

Marca (Brand): KYORITSU

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia	20 Ω	14.88 Ω	15.13 Ω	0.25 Ω	± 1.6 mΩ
Resistencia	200 Ω	101.0 Ω	102.0 Ω	1.0 Ω	± 1.6 mΩ
Resistencia	200 Ω	181.6 Ω	183.8 Ω	2.3 Ω	± 14 mΩ
Resistencia	1500 Ω	388 Ω	409 Ω	21 Ω	± 14 mΩ
Resistencia	1500 Ω	593 Ω	680 Ω	87 Ω	± 14 mΩ
Resistencia	1500 Ω	1390 Ω	1543 Ω	153 Ω	± 0.16 Ω
Intensidad alterna @ 50 Hz	100 mA	10.0 mA	9.8 mA	-0.2 mA	± 0.26 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	100 mA	90.0 mA	90.0 mA	0.0 mA	± 0.31 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	1000 mA	190 mA	190 mA	0 mA	± 2.8 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	1000 mA	910 mA	906 mA	-4 mA	± 3.3 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	10 A	2.00 A	2.00 A	0.00 A	± 31 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	10 A	4.00 A	4.00 A	0.00 A	± 31 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	10 A	6.00 A	6.00 A	0.00 A	± 31 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	10 A	7.00 A	7.00 A	0.00 A	± 31 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	10 A	9.00 A	9.00 A	0.00 A	± 31 mA
Intensidad alterna @ 50 Hz	30 A	12.0 A	12.0 A	0.0 A	± 0.63 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	30 A	27.0 A	27.0 A	-0.1 A	± 1.1 A