

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 57746**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-06-05**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2025-06-05**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2027-06**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-06-05**Cliente (Client):** ECUATRAN S.A.
BERNARDINO ECHEVERRIA SN S/N Y VENEZUELA, AMBATO, TUNGURAHUA**Información del Instrumento (Instrument Information)**

Equipo (Instrument):	Insulation Tester	Int. de Medición: (Measurement Range)	10 kV; 1 TΩ	Ubicación: (Location)	Laboratorio
Marca (Brand):	Megger				
Modelo (Model):	MIT 1020/2	División de escala: (Resolution)	1 kΩ; 1 V	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	EQ00152				

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-16**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-29235	2023-09-27	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Código: PO-MEG-01.
*Comments***Calibrado por:** Mauricio Landívar
*Calibrated by:***Aprobado por:**
Approved by:**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 57746		Equipo (Instrument):		Insulation Tester	
Fecha de Calibración:		2025-06-05		Marca (Brand):	
				Megger	
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Prueba Dieléctrica	10 kV	263.23 V	258 V	-5.23 V	± 3.8 V
Prueba Dieléctrica	10 kV	525.49 V	513 V	-12.49 V	± 6.7 V
Prueba Dieléctrica	10 kV	1049.56 V	1025 V	-24.56 V	± 13 V
Prueba Dieléctrica	10 kV	2562.7 V	2563 V	0.3 V	± 56 V
Prueba Dieléctrica	10 kV	5121.1 V	5120 V	-1.1 V	± 77 V
Prueba Dieléctrica	10 kV	10219.9 V	10217 V	-2.9 V	± 0.10 kV
Resistencia Eléctrica Riso	500 V	250 kΩ	251 kΩ	1 kΩ	± 0.58 kΩ
Resistencia Eléctrica Riso	500 V	500 kΩ	502 kΩ	2 kΩ	± 0.58 kΩ
Resistencia Eléctrica Riso	500 V	1 GΩ	0.996 GΩ	-0.004 GΩ	± 2.8 MΩ
Resistencia Eléctrica Riso	500 V	100 GΩ	98.4 GΩ	-1.6 GΩ	± 0.87 GΩ
Resistencia Eléctrica Riso	1000 V	1 MΩ	1.00 MΩ	0.00 MΩ	± 5.8 kΩ
Resistencia Eléctrica Riso	1000 V	1 GΩ	0.997 GΩ	-0.003 GΩ	± 2.8 MΩ
Resistencia Eléctrica Riso	1000 V	200 GΩ	204 GΩ	4 GΩ	± 1.8 GΩ
Resistencia Eléctrica Riso	2500 V	20 MΩ	20.0 MΩ	0.00 MΩ	± 0.58 MΩ
Resistencia Eléctrica Riso	2500 V	1 GΩ	0.997 GΩ	0.00 GΩ	± 2.8 MΩ
Resistencia Eléctrica Riso	2500 V	500 GΩ	502 GΩ	2.00 GΩ	± 5.2 GΩ
Resistencia Eléctrica Riso	5000 V	20 MΩ	20.0 MΩ	0.00 MΩ	± 0.58 MΩ
Resistencia Eléctrica Riso	5000 V	1 GΩ	0.996 GΩ	0.00 GΩ	± 2.8 MΩ
Resistencia Eléctrica Riso	5000 V	500 GΩ	490 GΩ	-10.00 GΩ	± 5.2 GΩ
Resistencia Eléctrica Riso	5000 V	1 TΩ	0.975 TΩ	-0.03 TΩ	± 8.7 GΩ
Resistencia Eléctrica Riso	10000 V	1 TΩ	0.940 TΩ	-0.06 TΩ	± 8.7 GΩ