

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 58395

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-06-27

**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2025-06-27

**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2025-12-27

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-07-01

**Cliente (Client):** CARIBBEAN INTERNATIONAL FOODS INC.  
Panama Distrito de Panama , Corregimiento de San Francisco,Urbanizacion Carrasquilla, Via España Calle 2DA, Centro Comercial

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

<b>Equipo (Instrument):</b>	Balanza	<b>Capacidad Máx. (Max Capacity)</b>	30 kg	<b>Ubicación: (Location)</b>	-
<b>Marca (Brand):</b>	MyWeigh	<b>División de escala: (Resolution)</b>	d: 0.0005 kg / e: 0.5 g	<b>Lugar de Calibración: (Place of Calibration):</b>	In Situ On Site
<b>Modelo (Model):</b>	CTS30000	<b>Clase (Class):</b>	Alta (II)		
<b>Serie (Serial #):</b>	INN-58395				
<b>Código (Code):</b>	-				



**Datos de Calibración (Calibration Info)**
**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-13

**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)**
**Temperatura (Temp):** (24.9 °C a 21.9 °C)

**Humedad (Humidity):** (56 %HR a 66 %HR)

**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Pesas F1	-	56447	2025-03-10	1 año
Juego de Pesas M1	Changzhou Veidt Weighing	55590	2025-04-02	1 año
Juego de Pesas M1	Changzhou Veidt Weighing	55591	2025-04-02	1 año

**Ejemplo Distribución de Excentricidad:**

**Cumplimiento de la balanza:**

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

<b>Excentricidad:</b>	Cumple
<b>Linealidad:</b>	Cumple
<b>Repetibilidad:</b>	Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:** Ninguno  
*Comments*

**Calibrado por:** Ing. Rubén Ortega C.  
*Calibrated by:*

**Aprobado por:**  
*Approved by:*


**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 58395

Equipo (Instrument): Balanza

Fecha de Calibración: 2025-06-27

Marca (Brand): MyWeigh

**Resultados (Results)**

**Linealidad:**

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±)	Histérisis	Incertidumbre
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente	Tolerance (±)	(Histerisis)	(Uncertainty)
0.05 kg	0.0500 kg	0.0500 kg	0.0000 kg	0.0000 kg	0.0005 kg	0.0000 kg	± 1.2 g
0.1 kg	0.1000 kg	0.1000 kg	0.0000 kg	0.0000 kg	0.0005 kg	0.0000 kg	± 1.2 g
0.5 kg	0.4995 kg	0.5000 kg	-0.0005 kg	0.0000 kg	0.0005 kg	0.0005 kg	± 1.2 g
5 kg	4.9990 kg	4.9990 kg	-0.0010 kg	-0.0010 kg	0.0010 kg	0.0000 kg	± 1.2 g
7 kg	6.9990 kg	6.9990 kg	-0.0010 kg	-0.0010 kg	0.0010 kg	0.0000 kg	± 1.2 g
10 kg	9.9995 kg	9.9990 kg	-0.0005 kg	-0.0010 kg	0.0010 kg	0.0005 kg	± 1.2 g
15 kg	14.9990 kg	14.9990 kg	-0.0010 kg	-0.0010 kg	0.0015 kg	0.0000 kg	± 1.2 g
20 kg	20.0000 kg	19.9990 kg	0.0000 kg	-0.0010 kg	0.0015 kg	0.0010 kg	± 1.2 g
25 kg	25.0005 kg	25.0000 kg	0.0005 kg	-0.0000 kg	0.0015 kg	0.0005 kg	± 1.2 g
30 kg	30.0015 kg	30.0015 kg	0.0015 kg	0.0015 kg	0.0015 kg	0.0000 kg	± 1.2 g

**Excentricidad:**

Patrón (Standard)	Posición					Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha		
10 kg	9.999 kg	9.9995 kg	9.9995 kg	9.9995 kg	10 kg	0.001 kg	0.001 kg

**Repetibilidad:**

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	14.999 kg				30.0001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		
15 kg	14.999 kg	0 kg	0.001 kg	30 kg	30.001 kg	0.0009 kg	0.0015 kg
	14.999 kg				30.001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		
	14.999 kg				30.001 kg		