

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 59145

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-18

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-07-23

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-07-23

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-23

Cliente (Client): PETITE BOTTLING COMPANY INC

Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de RÍO ABAJO, Urbanización Calle 7ma, Rio Abajo, Panamá, Panamá (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Medidor de espesores Digital

Ubicación (Location):

Int. de Medición: (0 a 25.4) mm

Marca (Brand): NO IDENTIFICABLE

Código (Code):

(Measurement Range)

Modelo (Model): TL338

Lugar de Calibración Lab. INNOVATEC

División de escala: 0.001 mm

Serie (Serial #): INN-59145

(Place of Calibration): (Panama)

(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento
(Procedure): INN-PC-31 Por Comparación.

Temp. Inicial (Initial Temp.): 22.7 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 50 %HR

Temp. Final (Final Temp.): 23 °C

Hum. Final (Final Hum.): 50 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Gage block set 10 piece (mm)	Mitutoyo	US011-MKE-CI-25000057-1	2025-01-02	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

(Comments):

Calibrado por: Rubén Ortega Cortés

(Calibrated by):

Aprobado por:

(Approved by):



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No. (Certificate #):

59145

Equipo (Instrument):

Medidor de Espesores

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2025-07-23

Marca (Brand):

-

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
1.000 mm	1.003 mm	3 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
3.000 mm	3.002 mm	2 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
6.000 mm	6.001 mm	1 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
9.000 mm	8.997 mm	-3 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
12.000 mm	11.995 mm	-5 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
15.000 mm	14.992 mm	-8 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
18.000 mm	17.994 mm	-6 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
20.000 mm	19.992 mm	-8 µm	± µm	±	5.8E-01 µm
25.000 mm	24.996 mm	-4 µm	± µm	±	5.8E-01 µm