

INFORME DE REVISION			
No. de Informe:	60822.1		Fecha de revisión: 2025-08-28
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Micropipeta		
Marca:	Ratiolab	Modelo:	Ratiopetta
No. de serie:	YM6L111818	ID/Código:	QF-V-44
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón		
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.		

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada.

