

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 60996

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-09-05

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-09-12

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-09

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-09-12

Cliente (Client): Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP
Av. 6 de Diciembre N26-235 y Av. Orellana, QUITO, PICHINCHA (Matriz)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	FOUR GAS CONFINES SPACE GX-2009	Int. de Medición: (Measurement Range):	10.1 CO ppm 101.6 CO ppm 9.9 C3H6 ppm 99.1 C3H6 ppm 25 H2S ppm 10.1 O2 ppm	División de escala: (Resolution):	0.1 CO ppm 0.1 C3H6 ppm 0.1 H2S ppm 0.1 O2 ppm
Marca (Brand):	RAE Systems				
Modelo (Model):	PGM-2400P				
Serie (Serial #):	181-154-274				
Código (Code):	951E0086	Ubicación: (Location):	Laboratorio	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure):

INN-PC-37

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temp. Inicial (Initial Temp.): 22.5 °C

Temp. Final (Final Temp.): 22.7 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 60.2 %HR

Hum. Final (Final Hum.): 60.8 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Material de Referencia (Reference Material)	Marca (Brand)	Cert. #	Fecha Cert. (Cert. Date)	Caduca en (Expires in)
Reference Gas	COREGAS	QCSPC034031	2023-12-10	5 años
Reference Gas	COREGAS	QCSPC034029	2023-10-30	5 años
Reference Gas	COREGAS	QCSPC034030	2023-10-30	5 años
Reference Gas	X05NI79CP160003	304-403092226-1	2025-07-26	1 año
Reference Gas	*****	Aire Puro	2024-02-13	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:
Comments

Para el análisis de los niveles de explosividad inferior (LEL), se empleó propileno (C3H6).
Los valores marcados con "#" no se encuentran dentro del alcance de acreditación de A2LA.

Calibrado por:
Calibrated by: Ing. Isaac Calle

Aprobado por:
Approved by:


Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 60996		Equipo (Instrument):		FOUR GAS CONFINES SPACE GX-2009							
Fecha de Calibración: 2025-09-12		Marca (Brand):		RAE Systems							
Tipo (Type)		Patrón (Standard)		UBP (UUT)		Error (Error)		Exactitud (Accuracy)		Incertidumbre (Uncertainty)	
CO - Monóxido de Carbono		0.0 ppm mol		0.0 ppm mol		0.0 ppm mol		±	2.03 ppm mol		± 0.0 ppm mol
CO - Monóxido de Carbono		10.1 ppm mol		11.2 ppm mol		1.1 ppm mol		±	2.01 ppm mol		± 0.77 ppm mol
CO - Monóxido de Carbono		101.6 ppm mol		101.3 ppm mol		-0.3 ppm mol		±	2.10 ppm mol		± 2.7 ppm mol
C3H6 - Propileno		9.9 ppm mol		9.8 ppm mol		0.2 ppm mol		±	1.98 ppm mol		± 0.77 ppm mol
C3H6 - Propileno		99.1 ppm mol		99.8 ppm mol		0.7 ppm mol		±	1.98 ppm mol		± 2.1 ppm mol
#H2S - Sulfuro de hidrógeno		25.1 ppm mol		25.0 ppm mol		-0.1 ppm mol		±	1.98 ppm mol		± 0.77 ppm mol
#O2 - Oxígeno Disuelto		10.3 ppm mol		10.0 ppm mol		-0.3 ppm mol		±	2.10 ppm mol		± 0.77 ppm mol