

INFORME DE REVISION			
No. de Informe:	64221.3	Fecha de revisión:	2025-12-05
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Medidor Multiparámetro		
Marca:	Hanna Instruments	Modelo:	HI9829-13101
No. de serie:	B0027418	ID/Código:	QF-E34
Propietario:	Instituto de Medicina Legal		
Contacto:	Ing. Zuleimi Castillo		
Informe realizado por:	Ing. Rubén Ortega		
			

1. Motivo de la revisión:
Instrumento ingresa al laboratorio para proceso de mantenimiento y calibración.
2. Acción Inmediata
Se realiza inspección general y prueba de funcionamiento. Se realizo revisión de electrodos y luego prueba de desempeño.
3. Complementos de la revisión:
La solución de electrodo de PH está muy bajo.
4. Observaciones:
El equipo se encuentra en buen estado y en condición optima para ser utilizado. Valor de prueba en pH: 4, 7 y 10 Valor de prueba en temperatura: 25.0 °C Valor de prueba en conductividad: 1000 uS/cm
5. Recomendaciones:
• Mantener el equipo con la carga optima. • Mantener el electrodo de pH con solución para evitar el desgaste.

