



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 64567
General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-12-22
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-01-07
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-01-07
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-01-07

Cliente (Client):	AVIANCA - ECUADOR S.A.
	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)				*****
Equipo (Instrument):	Manómetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 280) bar	Ubicación: (Location)
Marca (Brand):	*****			
Modelo (Model):	*****	División de escala: (Resolution)	4 bar	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):
Serie (Serial #):	AGL-13			Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Código (Code):	*****			

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-05	Temperatura (Temp): (20.2 a 20.2) °C Humedad (Humidity): (57 a 57) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Manómetro Digital	Martel	US011-MIL-CI-24056647	2024-02-16	2 años

Resultados (Results)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
	(bar)	(bar)	(bar)	
	0.0	0	0.00	± 1.2 bar
	28.0	20	-8.00	± 1.2 bar
	84.0	76	-8.00	± 1.2 bar
	140.0	132	-8.00	± 1.2 bar
	196.0	188	-8.00	± 1.2 bar
	252.0	244	-8.00	± 1.2 bar
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizo las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Comments	Patr #: 0-4000 PSI / R6252325 As Recieved Condition: In Tolerance with MFG Specification. Incoming Condition: Good Condition. As Left Condition: In Tolerance with Technical Standard. "In Tolerance" condition is based on a Simple Decision Rule and does not take into account Uncertainty Evaluation.
-----------------------	---

Calibrado por: Calibrated by:	Ing. Isaac Calle	Aprobado por: Approved by:	
-------------------------------	------------------	----------------------------	--