

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 50258**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2024-10-07**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2024-10-15**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2025-10**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2024-10-15**Cliente (Client):**

SIMED S.A.

AV. AMAZONAS N37-102 Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Termómetro Digital	Código (Code):	EQM-355	Int. de Medición:	(-30 a 70) °C
Marca (Brand):	ELITECH	Ubicación (Location):		(Measurement Range):	
Modelo (Model):	RC-4HC	Lugar de Calibración	Laboratorios INNOVATEC	División de escala:	0.1 °C
Serie (Serial #):	EF5214101390	(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab	(Resolution):	

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-02**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temp. Inicial (Initial Temp.):** 20.19 °C**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 45.71 %HR**Temp. Final (Final Temp.):**

Certificado No.:	50258	Equipo (Instrument): Termómetro Digital				
Fecha de Calibración:	2024-10-15	Marca (Brand): ELITECH				
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)		Incertidumbre (Uncertainty)
-25 °C	-25.0312 °C	-25.300 °C	-0.2688 °C	±	0.50 °C	± 5.8E-02 °C
3 °C	3.2690 °C	3.200 °C	-0.0690 °C	±	0.50 °C	± 5.9E-02 °C
32 °C	31.9591 °C	32.200 °C	0.2409 °C	±	0.50 °C	± 5.8E-02 °C