



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 52647.1
General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-12-23
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-01-06
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-01-06
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-06

Cliente (Client):	AVIANCA - ECUADOR S.A.
	Av. Republica del Salvador E10 y Pasaje N34B-311, Edif. Astana, Oficina 2 PB., QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Manómetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 1000) psi	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Harris				
Modelo (Model):	25GX-500	División de escala: (Resolution)	20 psi	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	RD634914				
Código (Code):	*****				

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-05	Temperatura (Temp): (20.1 a 20.4) °C Humedad (Humidity): (58.5 a 57.9) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Manómetro Digital	Ametek	1003692197	2023-01-11	2 años

Resultados (Results)			
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
(psi)	(psi)	(psi)	
100	100	0	± 5.8 psi
300	300	0	± 5.8 psi
500	500	0	± 5.8 psi
700	700	0	± 5.8 psi
900	900	0	± 5.8 psi
-	-	-	-
-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: (Comments)	PartN: 66325A23 Serie: RD634914-2 As Received Condition: In Tolerance with Technical Standard Incoming Condition: Good Condition. As Left Condition: In Tolerance with Technical Standard. "In Tolerance" condition is based on a Simple Decision Rule and does not take into account Uncertainty Evaluation. ISO6789:2017.
-------------------------	---

Calibrado por: (Calibrated by:)	Jonathan Fonseca	Aprobado por: (Approved by:)	
---------------------------------	------------------	------------------------------	--

Fin de Certificado (End of Certificate)