



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGÍA



Adhesivo No. 23402

Pedido No.	2025-CA-024	Certificado No. SECM-D-2025-001
Fecha de calibración	2025-01-21	Este certificado de calibración documenta la trazabilidad hacia el Patrón Nacional del masa del Laboratorio Nacional de Metrología de Ecuador, el cual es trazable a la realización de la unidad de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Objeto	Densímetro de inmersión (Lactodensímetro)	
Marca	COLLIN FRANCE	
Modelo	****	La incertidumbre de medida se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k=2$, el cual corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% bajo la suposición de que la función de densidad de probabilidad del mensurando es normal. La incertidumbre de la medición fue estimada de acuerdo al documento "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement". BIPM. First edition - September 2008.
Serie	53174	
Identificación	****	
Rango	(1,015 a 1,04) g/cm ³	
División de Escala:	0,001 g/cm ³	
Clase de exactitud:	****	Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de una nueva calibración del instrumento. Este documento no es un certificado de calidad, relaciona los resultados con los items calibrados en el momento de la calibración. El tiempo de validez de los resultados depende tanto de las características del instrumento calibrado como de las prácticas para su manejo y uso.
Material:	Vidrio boro-silicato	
Cliente	TORO VASCO GREGORIO PATRICIO	
Dirección	Av. Jaime Mata Yerovi S/N, Salcedo (Cotopaxi)	
Observaciones	El número de serie se tomó del embalaje plástico en el que se encuentra el instrumento. El cliente ha definido para este instrumento un período de calibración de 12 meses.	No es recomendable la reproducción parcial de este certificado ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocadas de sus resultados.

SECalMet no se responsabiliza del uso indebido de este certificado

Autorizado por:

Fecha de emisión:

2025-01-21

Dra. Mónica Gualotuña
Directora de Calidad



Nayón: Calle Segundo Corella N1-37 y calle Quito; Quito-Ecuador; Tel: 02-2884126 / 0990687624 / 0995230691
e-mail: laboratorios@secalmet.com ; web: http://secalmet.jimdo.com

Procedimiento: Procedimiento PC 10, Procedimiento para calibración de densímetros de inmersión, método de Cuckow; basado en los documentos: CENAM, Guía técnica para la calibración de densímetros de inmersión y NIST Calibration Services for Hydrometers, Special Publication 250-78.

Lugar de la calibración:

La calibración se realizó en el Laboratorio de SECALMet.

Condiciones ambientales de la calibración

T max °C	T min °C	P max hPa	P min hPa	H max %	H min %	Dens. del aire g/cm³
19,9	19,8	744,8	744,8	52,4	51,9	0,878684

Patrones y equipos utilizados

Patrones:

Agua destilada grado 3, según clasificación en la norma ISO 3696.

Conductividad eléctrica:

1,28 µS/cm

Balanzas

Pesada en el aire

- Radwag; modelo: AS 220.R2 PLUS; Serie: 664912; Id.: Balanza No. 14; Certificado No. SECMI-B-2025-002

Pesada en el agua

- Radwag; modelo: AS 220.R2 PLUS; Serie: 664912; Id.: Balanza No. 14; Certificado No. SECMI-B-2025-002



La calibración se realizó con las lecturas en el meñisco Superior.

Resultados obtenidos

TABLA DE CALIBRACIÓN

Temperatura de referencia:

15 °C

No.	Valor Nominal g/cm³	Valor Medido g/cm³	Corrección g/cm³	U; k=2 g/cm³	E.M.P. ISO 649/1 g/cm³
1	1,040	1,0399	-0,0001	0,0002	0,0010
2	1,025	1,0255	0,0005	0,0002	0,0010
3	1,015	1,0159	0,0009	0,0002	0,0010

EVALUACIÓN

Los errores del instrumento son menores a los errores máximos permitidos, E.M.P., establecidos en la norma ISO 649/1 Laboratory glassware - Density hydrometers for general purposes - Part 1 : Specification.

