

INFORME CORRECTO FUNCIONAMIENTO ELCOMETER

Por medio de la presente, hacemos constar que **E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.**, **representante exclusivo** para ventas, evaluación, servicio técnico y actualización de hardware y software de equipos y accesorios de la marca **ELCOMETER** para **Ecuador**, ha revisado con éxito el equipo **Elcometer 224**, medidor digital de perfil de superficie, con serie N° **NM04422**, el mismo funciona de manera correcta, otorgando mediciones precisas.

El equipo recibió un mantenimiento preventivo básico, al igual que fue calibrado con éxito sin presentar errores fuera de lo indicado por el fabricante. Recomendamos realizar el servicio en el lapso de 1 año o en el caso de presentar novedades enviar el equipo de inmediato.

De igual manera, reiteramos que en el territorio ecuatoriano únicamente **E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.** cuenta con los equipos y softwares necesarios para verificar el correcto funcionamiento de los equipos marca **ELCOMETER**.

Atentamente,



Damián Cuenca

Departamento Técnico.

E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.



e&e
equipment
R.U.C. 1792577187001

