



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 52671
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-12-23
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-12-23
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-12
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-12-23


Cliente (Client):	PROQUIM S.A.
	POMASQUI / MANUEL CORDOVA GALARZA OE3-49, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Balanza	Capacidad Máx. (Max Capacity)	15 kg	Ubicación: (Location)	Laboratorio
Marca (Brand):	BAYKON				
Modelo (Model):	BCS21	División de escala: (Resolution)	d: 0.005 kg / e: 5 g	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ
Serie (Serial #):	G2230149				On Site
Código (Code):	*****	Clase (Class):	Media (III)		

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-13	Temperatura (Temp): (23.5 °C a 23.7 °C) Humedad (Humidity): (65.4 %HR a 64.8 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Pesas F1	Rice Lake	SECM-M-2024-229	2024-06-20 al 21	1 año
Pesas F1 (0.3 a 5) kg	Rice Lake	SECM-M-2024-230-231-232-233	2024-06-21	1 año
Pesas M1	-	44281	2024-04-05	1 año
-	-	-	-	-

Ejemplo Distribución de Excentricidad:



Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad:	Cumple
Linealidad:	Cumple
Repetibilidad:	Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:	Ninguno
Comments	

Calibrado por:	Ing. Isaac Calle	Aprobado por:	
Calibrated by:		Approved by:	

Certificado No.:52671

Equipo (Instrument): Balanza

Fecha de Calibración:2024-12-23

Marca (Brand): BAYKON

Resultados (Results)

Linealidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±)	Histéresis	Incertidumbre (Uncertainty)
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente	Tolerance (±)	(Histerisis)	
0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0 kg	0 kg	0.005 kg	0 kg	± 7.1 g
0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0 kg	0 kg	0.005 kg	0 kg	± 7.1 g
1 kg	1 kg	1 kg	0 kg	0 kg	0.005 kg	0 kg	± 7.1 g
2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg	0 kg	0 kg	0.005 kg	0 kg	± 7.1 g
5 kg	5 kg	5 kg	0 kg	0 kg	0.01 kg	0 kg	± 7.1 g
8 kg	7.99 kg	7.995 kg	-0.01 kg	0.005 kg	0.01 kg	0 kg	± 7.1 g
10 kg	9.99 kg	9.995 kg	-0.01 kg	0.005 kg	0.01 kg	0 kg	± 7.1 g
12 kg	11.99 kg	11.995 kg	-0.01 kg	0.005 kg	0.015 kg	0 kg	± 7.1 g
15 kg	14.99 kg	14.995 kg	-0.01 kg	0.005 kg	0.015 kg	0 kg	± 7.1 g

Excentricidad:

Patrón (Standard)			Posición				Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha			
5 kg	4.995 kg	5 kg	4.995 kg	5 kg	5 kg	0.005 kg		0.01 kg

Repetibilidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
7.5 kg	7.5 kg	0 kg	0.01 kg	15 kg	14.99 kg	0 kg	0.015 kg
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		
	7.5 kg				14.99 kg		