

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 54474

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-02-28

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-03-07

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-03-07

Cliente (Client): IZQUIERDO ARGANDOÑA WALTER IVAN

MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / CHE GUEVARA S/N Y AV. UNIVERSITARIA, PORTOVELO, EL ORO

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Earth Ground Tester	Int. de Medición: (Measurement Range)	48 V CA/CC; 299,9 kΩ	Ubicación: (Location)	Taller
Marca (Brand):	LEM				
Modelo (Model):	Saturn GEO	División de escala: (Resolution)	0.1 V; 0,01 Ω	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	S04150972235				INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08 & 16

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
CommentsCalibrado por: Mauricio Landivar
Calibrated by:Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 54474

Equipo (Instrument): Earth Ground Tester

Fecha de Calibración: 2025-03-07

Marca (Brand): LEM

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia Eléctrica (2 Polos)	2 kΩ	10.787 Ω	10.07 Ω	-0.717 Ω	± 5.8 mΩ
Resistencia Eléctrica (2 Polos)	2 kΩ	100.225 Ω	99.9 Ω	-0.325 Ω	± 0.058 Ω
Resistencia Eléctrica (2 Polos)	2 kΩ	1000.56 Ω	1000 Ω	-0.56 Ω	± 0.58 Ω
Resistencia Eléctrica (3 Polos)	2 kΩ	10.787 Ω	10.48 Ω	-0.307 Ω	± 5.8 mΩ
Resistencia Eléctrica (3 Polos)	2 kΩ	100.225 Ω	100.0 Ω	-0.225 Ω	± 0.058 Ω
Resistencia Eléctrica (3 Polos)	2 kΩ	1000.56 Ω	1001 Ω	0.44 Ω	± 0.58 Ω
Resistencia Eléctrica (4 Polos)	2 kΩ	10.787 Ω	10.73 Ω	-0.057 Ω	± 5.8 mΩ
Resistencia Eléctrica (4 Polos)	2 kΩ	100.225 Ω	100.3 Ω	0.075 Ω	± 0.058 Ω
Resistencia Eléctrica (4 Polos)	2 kΩ	1000.56 Ω	1000 Ω	-0.56 Ω	± 0.58 Ω
Tensión Eléctrica @ 50 Hz	48 V	4.8 V	4.7 V	-0.1 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz	48 V	43.2 V	43.0 V	-0.2 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	48 V	4.8 V	4.7 V	-0.1 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica @ 60 Hz	48 V	43.2 V	43.0 V	-0.2 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica Continua	48 V	4.8 V	4.8 V	0.0 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica Continua	48 V	24 V	24.0 V	0.0 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica Continua	48 V	43.2 V	43.2 V	0.0 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica Continua	48 V	-24 V	-24.0 V	0.0 V	± 0.058 V
Tensión Eléctrica Continua	48 V	-43.2 V	-43.3 V	-0.1 V	± 0.058 V