



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATEC CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 Quito, Ecuador
 (+593) 02 6040 607
 innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 54205

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-02-20

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-02-20

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-02-20

Cliente (Client): ECUATRAN S.A.
 BERNARDINO ECHEVERRIA SN S/N Y VENEZUELA, AMBATO, TUNGURAHUA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Analizador Barrido Frecuencia	Int. de Medición: (Measurement Range)	Hasta 25 MHz	Ubicación: (Location)	Taller
Marca (Brand):	Megger				
Modelo (Model):	Frax 101	División de escala: (Resolution)	0.001 Hz	Lugar de Calibración: (Place of Calibration)	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	1300614				

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-16	Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C) Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
Contador de Frecuencia	TTI	AC-29280	2023-09-25	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: LA-RF-01.
 Comments

Calibrado por: Mauricio Landívar Aprobado por: 
 Calibrated by: Mauricio Landívar Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 54205

Equipo (Instrument): Analizador Barrido Frecuencia

Fecha de Calibración:

2025-02-20

Marca (Brand): Megger

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Generación de Frecuencia Eléctrica	20 Hz	19.99998 Hz	20 Hz	0.00002 Hz	± 1.2 mHz
Generación de Frecuencia Eléctrica	200 Hz	199.9997 Hz	200 Hz	0.0003 Hz	± 13 mHz
Generación de Frecuencia Eléctrica	2 kHz	1.999987 kHz	2 kHz	0.000013 kHz	± 0.12 Hz
Generación de Frecuencia Eléctrica	20 kHz	20.00013 kHz	20 kHz	-0.00013 kHz	± 1.2 Hz
Generación de Frecuencia Eléctrica	200 kHz	199.99957 kHz	200 kHz	0.0004 kHz	± 13 Hz
Generación de Frecuencia Eléctrica	1 MHz	0.999984 MHz	1 MHz	0.000016 MHz	± 13 Hz
Generación de Frecuencia Eléctrica	10 MHz	9.999987 MHz	10 MHz	0.000013 MHz	± 0.12 kHz
Generación de Frecuencia Eléctrica	25 MHz	24.999984 MHz	25 MHz	0.000016 MHz	± 0.58 kHz