

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 54893

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-03-14

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-04-04

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-04

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-04-04

**Cliente (Client):** PLUSAMBIENTE S.A.  
AV. DE LOS SHYRIS N32-42 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO, PICHINCHA

## Información del Instrumento (Instrument Information)

**Equipo (Instrument):** Detector de Gas**Marca (Brand):** NOYAFA**Modelo (Model):** JMS19**Serie (Serial #):** INN-54892**Código (Code):** \*\*\*\*\***Int. de Medición:** 101.6 CO ppm  
(Measurement Range): 99.1 C3H6 ppm**División de escala:** 1 CO ppm  
(Resolution): 1 C3H6 ppm**Ubicación:** Laboratorio  
(Location):**Lugar de Calibración:** Lab. INNOVATEC  
(Place of Calibration): INNOVATEC's Lab.

## Datos de Calibración (Calibration Info)

**Procedimiento (Procedure):**

INN-PC-37

## Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

**Temp. Inicial (Initial Temp.):** 21.4 °C**Temp. Final (Final Temp.):** 21.6 °C**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 60.5 %HR**Hum. Final (Final Hum.):** 60.7 %HR

## Trazabilidad (Traceability Info)

| Material de Referencia (Reference Material) | Marca (Brand) | Cert. #     | Fecha Cert. (Cert. Date) | Caduca en (Expires in) |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| Reference Gas                               | COREGAS       | QCSPC034031 | 2023-12-10               | 5 años                 |
| Reference Gas                               | COREGAS       | QCSPC034029 | 2023-10-30               | 5 años                 |
| Reference Gas                               | COREGAS       | QCSPC034030 | 2023-10-30               | 5 años                 |

## Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

**Comentarios:** Para el análisis de los niveles de explosividad inferior (LEL), se empleó propileno (C3H6).  
*Comments*

**Calibrado por:** Ing. Isaac Calle  
*Calibrated by:*

**Aprobado por:**  
*Approved by:*



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:54893

Equipo (Instrument):Detector de Gas

Fecha de Calibración:2025-04-04

Marca (Brand):NOYAFA

| Tipo (Type)              | Patrón (Standard) | UBP (UUT)      | Error (Error) | Exactitud (Accuracy) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| CO - Monóxido de Carbono | 0.0 ppm mol       | 0.0 ppm mol    | 0.0 ppm mol   | ± 2.03 ppm mol       | ± 0.58 ppm mol              |
| CO - Monóxido de Carbono | 10.1 ppm mol      | 11.480 ppm mol | 1.380 ppm mol | ± 2.01 ppm mol       | ± 0.77 ppm mol              |
| CO - Monóxido de Carbono | 101.6 ppm mol     | 103.09 ppm mol | 1.490 ppm mol | ± 2.01 ppm mol       | ± 2.1 ppm mol               |
| C3H6 - Propileno         | 9.9 ppm mol       | 9.40 ppm mol   | 2.970 ppm mol | ± 1.98 ppm mol       | ± 0.77 ppm mol              |
| C3H6 - Propileno         | 99.1 ppm mol      | 102.07 ppm mol | 2.970 ppm mol | ± 1.98 ppm mol       | ± 2.1 ppm mol               |