



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 55908

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-04-11

Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-04-15

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): 2026-04

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-04-15

Cliente (Client): EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Wrist Strap Tester	Int. de Medición:	100 MΩ	Ubicación:	*****
Marca (Brand):	SCS	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	770030	División de escala:	-	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	7700301825014	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (19.8 °C a 20.1 °C)

Humedad (Humidity): (54.4 %HR a 54.1 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-29235	2023-09-27	2 años

Resultados (Results)

WRIST STRAP			FOOT PLATE		
VALOR APLICADO (kΩ)	INDICADOR (led)	RESULTADO	VALOR APLICADO (kΩ)	INDICADOR (led)	RESULTADO
675.0	ROJO	OK	675.0	ROJO	OK
825.0	VERDE	OK	825.0	VERDE	OK
VALOR APLICADO (MΩ)	INDICADOR (led)	RESULTADO	VALOR APLICADO (MΩ)	INDICADOR (led)	RESULTADO
8.5	VERDE	OK	8.5	VERDE	OK
11.5	AMARILLO	OK	11.5	AMARILLO	OK
			80	VERDE	OK
			120	AMRILLO	OK

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.
Comments

Verificado por: Ing. Mateo Bórquez
Verified by:

Aprobado por:
Approved by


Fin de Certificado (End of Certificate)