



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 56394
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-04-28
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-04-29
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-04
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-04-29

Cliente (Client):	ENVAPRESS CIA. LTDA.
	LOS CIPRESSES S/N Y LOS EUCALIPTOS, SÉPTIMA TRANSVERSAL VÍA A CALACALÍ

Información del Instrumento (Instrument Information)				
Equipo (Instrument):	Termómetro Infrarrojo	Intervalo de Medición (Measurement Range):	(-60 a 550) °C	Emissividad (Emissivity): 0.95
Marca (Brand):	EBRO			
Modelo (Model):	TFI 260	División de escala: (Resolution)	0.1 °C	Ubicación (Location): *****
Serie (Serial #):	72117071			
Código (Code):	TER-PR-11	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC / INNOVATEC's Lab.	
Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Enviromental Conditions)		
Procedimiento (Procedure): INN-PC-03		Temperatura (Temp): (22.23 °C ± 26.58 °C)		Humedad (Humidity): (59.71 %HR ± 49.13 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Termocupla de inmersión	Fluke	US011-MKE-CI-25002301-1	2025-01-03	2 años
Cuerpo Negro	Fluke	4500055055	2025-02-13	2 años

Resultados (Results)				
Patrón (Standard)		UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
°C	S	°C	°C	
-10.09	0.004329	-10.5	-0.41	± 1.2 °C
0.00	0.005229	0.2	0.20	± 1.2 °C
20.01	0.007341	19.8	-0.21	± 0.7 °C
50.01	0.011346	49.4	-0.61	± 1.5 °C
80.04	0.016380	78.6	-1.44	± 1.5 °C
100.08	0.020303	98.6	-1.48	± 1.5 °C

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:	Ninguno
Comments	

Calibrado por:	Ing. Patricio Llerena	Aprobado por:	
Calibrated by:		Approved by:	

Fin de Certificado (End of Certificate)