

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 58945

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-11

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-07-15

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-07

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-15

Cliente (Client): VECSYSTEMS CIA. LTDA.
LA COCHA S/N Y CALLE SECUNDARIA, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Osciloscopio	Int. de Medición: (Measurement Range)	1250 V; 30 MΩ; 5 kA	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Fluke				
Modelo (Model):	125	División de escala: (Resolution)	0.01 V; 0.01 Ω; 0.01 A	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	DM9710435				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Mauricio Landivar
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:


Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 58945

Equipo (Instrument): Osciloscopio

Fecha de Calibración: 2025-07-15

Marca (Brand): Fluke

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	10.004 Hz	10.01 Hz	0.006 Hz	± 6.7 mHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	100.04 Hz	100.0 Hz	0.0 Hz	± 58 mHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	1.002 kHz	1.001 kHz	-0.001 kHz	± 0.82 Hz
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	10.005 kHz	10.00 kHz	-0.01 kHz	± 5.8 Hz
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	100.02 kHz	100.0 kHz	0.0 kHz	± 58 Hz
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	1.0003 MHz	1.000 MHz	0.000 MHz	± 0.82 kHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. A	20 MHz	4.0007 MHz	4.01 MHz	0.01 MHz	± 0.88 kHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	10.004 Hz	10.01 Hz	0.006 Hz	± 6.7 mHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	100.04 Hz	100.0 Hz	0.0 Hz	± 58 mHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	1.002 kHz	1.001 kHz	-0.001 kHz	± 0.82 Hz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	10.004 kHz	10.00 kHz	0.00 kHz	± 5.8 Hz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	100.02 kHz	100.0 kHz	0.0 kHz	± 58 Hz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	1.0003 MHz	1.000 MHz	0.000 MHz	± 0.82 kHz
Frecuencia - Cuadrada Ch. B	20 MHz	4.0007 MHz	4.01 MHz	0.01 MHz	± 0.88 kHz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	10.001 Hz	10.00 Hz	0.00 Hz	± 6.7 mHz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	100.06 Hz	100.0 Hz	-0.1 Hz	± 58 mHz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	1.008 kHz	1.008 kHz	0 kHz	± 0.82 Hz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	10.001 kHz	9.99 kHz	-0.011 kHz	± 5.8 Hz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	100.01 kHz	100.0 kHz	0.0 kHz	± 58 Hz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	1.0007 MHz	1.000 MHz	-0.001 MHz	± 0.82 kHz
Frecuencia - Triangular Ch. A	20 MHz	4.0001 MHz	4.01 MHz	0.01 MHz	± 0.88 kHz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	10.001 Hz	10.00 Hz	0.00 Hz	± 6.7 mHz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	100.06 Hz	100.0 Hz	-0.1 Hz	± 58 mHz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	1.008 kHz	1.008 kHz	0 kHz	± 0.82 Hz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	10.001 kHz	9.99 kHz	-0.011 kHz	± 5.8 Hz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	100.01 kHz	100.0 kHz	0.0 kHz	± 58 Hz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	1.0007 MHz	1.000 MHz	-0.001 MHz	± 0.82 kHz
Frecuencia - Triangular Ch. B	20 MHz	4.0001 MHz	4.01 MHz	0.01 MHz	± 0.88 kHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	10.001 Hz	10.00 Hz	0.00 Hz	± 6.7 mHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	100.01 Hz	99.9 Hz	-0.11 Hz	± 58 mHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	1.001 kHz	1.000 kHz	-0.001 kHz	± 0.82 Hz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	10.000 kHz	10.01 kHz	0.010 kHz	± 5.8 Hz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	100.04 kHz	100.0 kHz	0.0 kHz	± 58 Hz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	1.0008 MHz	1.000 MHz	-0.001 MHz	± 0.82 kHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. A	20 MHz	4.0008 MHz	4.00 MHz	0.00 MHz	± 0.88 kHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	10.001 Hz	10.00 Hz	0.00 Hz	± 6.7 mHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	100.01 Hz	99.9 Hz	-0.11 Hz	± 58 mHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	1.001 kHz	1.000 kHz	-0.001 kHz	± 0.82 Hz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	10.000 kHz	10.01 kHz	0.010 kHz	± 5.8 Hz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	100.04 kHz	100.0 kHz	0.0 kHz	± 58 Hz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	1.0008 MHz	1.000 MHz	-0.001 MHz	± 0.82 kHz
Frecuencia - Sinusoidal Ch. B	20 MHz	4.0008 MHz	4.00 MHz	0.00 MHz	± 0.88 kHz
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	500 mV	50 mV	49.9 mV	-0.1 mV	± 0.058 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	500 mV	450 mV	450.3 mV	0.3 mV	± 0.058 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	5 V	0.5 V	0.498 V	-0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	5 V	2.5 V	2.502 V	0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	5 V	4.5 V	4.502 V	0.002 V	± 0.58 mV

Certificado No.: 58945

Equipo (Instrument): Osciloscopio

Fecha de Calibración:

2025-07-15

Marca (Brand): Fluke

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	5 V	-2.5 V	-2.499 V	0.001 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	5 V	-4.5 V	-4.498 V	0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	50 V	5 V	5.001 V	0.001 V	± 5.8 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	50 V	45 V	45.01 V	0.01 V	± 5.8 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	500 V	50 V	49.99 V	-0.01 V	± 58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	500 V	450 V	449.7 V	-0.3 V	± 58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	1 kV	0.1 kV	0.100 kV	0.000 kV	± 0.58 V
Tensión Eléctrica Continua - Ch. A	1 kV	0.9 kV	0.899 kV	-0.001 kV	± 0.58 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	500 mV	50 mV	50.2 mV	0.2 mV	± 0.29 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	500 mV	450 mV	450.2 mV	0.2 mV	± 0.64 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	5 V	0.5 V	0.500 V	0.000 V	± 1.4 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	5 V	2.5 V	2.495 V	-0.005 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	5 V	4.5 V	4.491 V	-0.009 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	50 V	45 V	44.99 V	-0.01 V	± 64 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	500 V	450 V	449.1 V	-0.9 V	± 2.1 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. A	1 kV	0.9 kV	0.897 kV	-0.003 kV	± 2.1 V
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	500 mV	50 mV	50.1 mV	0.1 mV	± 0.29 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	500 mV	450 mV	449.5 mV	-0.5 mV	± 0.64 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	5 V	0.5 V	0.500 V	0.000 V	± 1.4 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	5 V	2.5 V	2.492 V	-0.008 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	5 V	4.5 V	4.489 V	-0.011 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	50 V	45 V	45.01 V	0.01 V	± 64 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	500 V	450 V	449.2 V	-0.8 V	± 2.1 V
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. A	1 kV	0.9 kV	0.897 kV	-0.003 kV	± 2.1 V
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	500 mV	50 mV	49.9 mV	-0.1 mV	± 0.058 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	500 mV	450 mV	450.3 mV	0.3 mV	± 0.058 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	5 V	0.5 V	0.498 V	-0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	5 V	2.5 V	2.502 V	0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	5 V	4.5 V	4.502 V	0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	5 V	-2.5 V	-2.499 V	0.001 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	5 V	-4.5 V	-4.498 V	0.002 V	± 0.58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	50 V	5 V	5.001 V	0.001 V	± 5.8 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	50 V	45 V	45.01 V	0.01 V	± 5.8 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	500 V	50 V	49.99 V	-0.01 V	± 58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	500 V	450 V	449.7 V	-0.3 V	± 58 mV
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	1 kV	0.1 kV	0.100 kV	0.000 kV	± 0.58 V
Tensión Eléctrica Continua - Ch. B	1 kV	0.9 kV	0.899 kV	-0.001 kV	± 0.58 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	500 mV	50 mV	50.2 mV	0.2 mV	± 0.29 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	500 mV	450 mV	450.2 mV	0.2 mV	± 0.64 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	5 V	0.5 V	0.500 V	0.000 V	± 1.4 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	5 V	2.5 V	2.495 V	-0.005 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	5 V	4.5 V	4.491 V	-0.009 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	50 V	45 V	44.99 V	-0.01 V	± 64 mV
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	500 V	450 V	449.1 V	-0.9 V	± 2.1 V
Tensión Eléctrica @ 50 Hz - Ch. B	1 kV	0.9 kV	0.897 kV	-0.003 kV	± 2.1 V
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	500 mV	50 mV	50.1 mV	0.1 mV	± 0.29 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	500 mV	450 mV	449.5 mV	-0.5 mV	± 0.64 mV

Certificado No.: 58945

Equipo (Instrument): Osciloscopio

Fecha de Calibración:

2025-07-15

Marca (Brand): Fluke

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	5 V	0.5 V	0.500 V	0.000 V	± 1.4 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	5 V	2.5 V	2.492 V	-0.008 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	5 V	4.5 V	4.489 V	-0.011 V	± 6.1 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	50 V	45 V	45.01 V	0.01 V	± 64 mV
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	500 V	450 V	449.2 V	-0.8 V	± 2.1 V
Tensión Eléctrica @ 1 kHz - Ch. B	1 kV	0.9 kV	0.897 kV	-0.003 kV	± 2.1 V
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. A)	5 A - 0.5 V	4.5 A	4.501 A	0.001 A	± 0.58 mA
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. A)	50 A - 5 V	45 A	45.2 A	0.2 A	± 0.58 mA
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. A)	500 A - 50 V	450 A	450.0 A	0.0 A	± 5.8 mA
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. A)	5 kA - 500 V	1.5 kA	1.500 kA	0.000 kA	± 0.58 A
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. B)	5 A - 0.5 V	4.5 A	4.501 A	0.001 A	± 0.58 mA
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. B)	50 A - 5 V	45 A	45.2 A	0.2 A	± 0.58 mA
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. B)	500 A - 50 V	450 A	450.0 A	0.0 A	± 5.8 mA
Intensidad Eléctrica - 100 mV/1 A (Ch. B)	5 kA - 500 V	1.5 kA	1.500 kA	0.000 kA	± 0.58 A
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. A)	5 A - 0.5 V	4.5 A	4.502 A	0.002 A	± 0.64 mA
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. A)	50 A - 5 V	45 A	45.0 A	0.0 A	± 6.1 mA
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. A)	500 A - 50 V	450 A	449.2 A	-0.8 A	± 64 mA
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. A)	5 kA - 500 V	1.5 kA	1.503 kA	0.003 kA	± 2.1 A
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. A)	5 A - 0.5 V	4.5 A	4.502 A	0.002 A	± 0.64 mA
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. A)	50 A - 5 V	45 A	45.0 A	0.0 A	± 6.1 mA
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. A)	500 A - 50 V	450 A	449.1 A	-0.9 A	± 64 mA
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. A)	5 kA - 500 V	1.5 kA	1.505 kA	0.005 kA	± 2.1 A
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. B)	5 A - 0.5 V	4.5 A	4.502 A	0.002 A	± 0.64 mA
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. B)	50 A - 5 V	45 A	45.0 A	0.0 A	± 6.1 mA
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. B)	500 A - 50 V	450 A	449.2 A	-0.8 A	± 64 mA
Intensidad @ 50 Hz - 100 mV/1 A (Ch. B)	5 kA - 500 V	1.5 kA	1.503 kA	0.003 kA	± 2.1 A
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. B)	5 A - 0.5 V	4.5 A	4.502 A	0.002 A	± 0.64 mA
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. B)	50 A - 5 V	45 A	45.0 A	0.0 A	± 6.1 mA
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. B)	500 A - 50 V	450 A	449.1 A	-0.9 A	± 64 mA
Intensidad @ 1 kHz - 100 mV/1 A (Ch. B)	5 kA - 500 V	1.5 kA	1.505 kA	0.005 kA	± 2.1 A
Resistencia Eléctrica	500 Ω	0 Ω	0.0 Ω	0.0 Ω	± 58 mΩ
Resistencia Eléctrica	500 Ω	450 Ω	450.5 Ω	0.5 Ω	± 58 mΩ
Resistencia Eléctrica	5 kΩ	4.5 kΩ	4.501 kΩ	0.001 kΩ	± 57 Ω
Resistencia Eléctrica	50 kΩ	45 kΩ	44.99 kΩ	-0.01 kΩ	± 58 Ω
Resistencia Eléctrica	500 kΩ	450 kΩ	448.9 kΩ	-1.1 kΩ	± 61 Ω
Resistencia Eléctrica	5 MΩ	4.5 MΩ	4.485 MΩ	-0.015 MΩ	± 5.8 kΩ
Resistencia Eléctrica	30 MΩ	10 MΩ	9.97 MΩ	-0.03 MΩ	± 5.8 kΩ
Capacitancia	10 nF	1.0813 nF	1.26 nF	0.1787 nF	± 4.6 pF
Capacitancia	50 nF	10.089 nF	10.05 nF	-0.039 nF	± 18 pF
Capacitancia	50 nF	20.007 nF	20.12 nF	0.113 nF	± 88 pF
Capacitancia	500 nF	50.43 nF	50.5 nF	0.07 nF	± 0.22 nF
Capacitancia	500 nF	100.32 nF	100.3 nF	-0.02 nF	± 0.41 nF
Capacitancia	5 μF	0.9946 μF	0.993 μF	-0.0016 μF	± 4.1 nF
Capacitancia	50 μF	9.907 μF	9.98 μF	0.073 μF	± 21 nF
Capacitancia	500 μF	105.68 μF	105.5 μF	-0.18 μF	± 1.0 μF