



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 60414

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-22

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-29

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-29

Ciente (Client): OBEROIL S.A.
 NUEVO PARAÍSO (CAB. EN UNIÓN CHIMBORAZO) / VIA LAGO AGRIO S/N, NUEVO PARAISO, ORELLANA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Dinamómetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 20000) lbf	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Chatillon			Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Modelo (Model):	TD-5	División de escala: (Resolution)	200 lbf		INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	60957				
Código (Code):	*****				

Datos de Calibración (Calibration Info)
Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-13

Temperatura (Temp): (20.8 °C a 21.1 °C) **Humedad (Humidity):** (54.7 %HR a 54.1 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Pesas M1	-	55798	2025-04-09	1 año

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
200 lb	200 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
400 lb	400 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
600 lb	600 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
800 lb	800 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
1000 lb	1000 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
1500 lb	1500 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
2000 lb	2000 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
5000 lb	5000 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf
10000 lb	10000 lbf	0 lbf	± 0.023 lbf

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments:

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:


Fin de Certificado (End of Certificate)