



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 48284

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-05-27

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-08-12

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-08-12

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-08-12

Cliente (Client): Transformadores Fois, S.A.
Calle Primera, Juan Díaz, Panamá

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de aislamiento	Int. de Medición:	2 TΩ	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	FLUKE	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	1550C	División de escala:	1 TΩ	Lugar de Calibración:	In situ
Serie (Serial #) / ID:	2288019 632891	(Resolution)		(Place of Calibration):	On Site

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23.4 a 23.4) °C

Humedad (Humidity): (65 a 65) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-09262	2022-12-02	2 año
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Comments

Ninguno

Calibrado por:

Calibrated by:

Ing. Edwin Carvajal

Aprobado por:

Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 48284

Equipo (Instrument): Medidor de aislamiento

Fecha de Calibración: 2024-08-12

Marca (Brand): FLUKE

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia Riso @ 250 V	5 GΩ	10.6 GΩ	10.5 GΩ	-0.1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	10 GΩ	10.6 GΩ	10.5 GΩ	-0.1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	20 GΩ	10.6 GΩ	10.5 GΩ	-0.1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 2500 V	50 GΩ	10.6 GΩ	10.4 GΩ	-0.2 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 5000 V	100 GΩ	10.6 GΩ	10.4 GΩ	-0.2 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	5 GΩ	74.3 GΩ	74.7 GΩ	0.4 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	10 GΩ	74.3 GΩ	74.2 GΩ	-0.1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	20 GΩ	74.3 GΩ	74.0 GΩ	-0.3 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 2500 V	50 GΩ	74.3 GΩ	73.2 GΩ	-1.1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 5000 V	100 GΩ	74.3 GΩ	73.4 GΩ	-0.9 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	5 GΩ	107 GΩ	107 GΩ	0 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	10 GΩ	107 GΩ	107 GΩ	0 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	20 GΩ	107 GΩ	106 GΩ	-1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 2500 V	50 GΩ	107 GΩ	104 GΩ	-2 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 5000 V	100 GΩ	107 GΩ	105 GΩ	-2 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	5 GΩ	55.3 GΩ	55.6 GΩ	0.3 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	10 GΩ	55.3 GΩ	55.2 GΩ	-0.1 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	20 GΩ	55.3 GΩ	55.0 GΩ	-0.3 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 2500 V	50 GΩ	55.3 GΩ	54.6 GΩ	-0.7 GΩ	± 72 kΩ
Resistencia Riso @ 5000 V	100 GΩ	55.3 GΩ	54.5 GΩ	-0.8 GΩ	± 72 kΩ
Tensión continua generada	250 V	272 V	273 V	1 V	± 14 mV
Tensión continua generada	500 V	538 V	536 V	-2 V	± 15 mV
Tensión continua generada	1000 V	1067 V	1060 V	-7 V	± 50 V
Tensión continua generada	2500 V	2663 V	2639 V	-24 V	± 56 V
Tensión continua generada	5000 V	5319 V	5269 V	-50 V	± 77 V