



ESTADO

✓ Hecho

PRIORIDAD

Mediano

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento preventivo para INNOVATEC

ASIGNADOS

Manuel Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

IMEL QUIMICA Principal:
INNOVATECIS,
S.A.

EQUIPO

HORNO YAMATO QF-E_ _
IMEL ACTIVO 20925



☰ PROCEDIMIENTO



Evaluación/Mantenimiento de Incubadora de Horno de Secado

7 / 7

Campos completados

☰ Descripción

Pruebas de Rutina

Listado de Observaciones:

- ☒ El equipo se encuentra en uso
- ☒ Operación de Botones correcta.
- ☒ Estado visual general Correcto.
- ☒ Bisagras de puerta OK.
- ☒ Sello de puertas OK/Sensor de Puerta
- ☐ Estado del interior, bandejas, iluminación (si aplica)
- ☒ Inspección/limpieza de tarjetas, controles, contactos, elemento calefactor, abanicos, donde aplique.

Rellenado por Manuel Meneses el 11/20/2024, 9:44 AM

Pruebas de desempeño

Evaluación de Funcionamiento :

- ☒ Variable de proceso Ok
- ☒ Criterio de estabilidad según manual OK.

Rellenado por Manuel Meneses el 11/20/2024, 9:45 AM


Evaluación de Estabilidad:


- ☒ Valores de estabilidad por dentro de los límites esperados

Estado general de funcionamiento:

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla





**Notas:**

Se realiza servicio según instrucciones de la hoja de servicio sin ningún contratiempo. Se llevó a cabo la limpieza y luego la prueba de funcionamiento con resultados correctos dentro de la especificación del fabricante.

Rellenado por Manuel Meneses el 11/20/2024, 9:45 AM

Fecha del servicio:

11/20/2024

Rellenado por Manuel Meneses el 11/20/2024, 9:45 AM

Realizado por::

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 12/03/2024, 9:45 AM

Firma de etiqueta de constancia :

☒ Se coloca etiqueta y se verifican los datos correspondientes

Rellenado por Manuel Meneses el 11/20/2024, 9:45 AM

📄 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 11/20/2024, 6:58 AM

Última actualización el 11/20/2024, 9:49 AM

Completado el 11/20/2024, 9:49 AM



Firmado por

Fecha