



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INNOVATECIS, S.A.                                        | Certificado No. (Certificate #): 41303                     |
| San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75. | Fecha de Recepción (Reception Date): 2023-12-18            |
| Panamá, Panamá                                           | Fecha de Calibración (Calibration Date): 2023-12-21        |
| (+507) 310 2868                                          | Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2024-12-21 |
| ventas.panama@group-innovatec.com                        | Fecha de Emisión (Emission Date): 2023-12-22               |

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente (Client): | CELMEC, S.A.                                                                                                                                  |
|                   | Distrito de San Miguelito, Corregimiento de Omar Torrijos, Urbanización Vía Boyd Roosevelt, Calle principal hacia Villa Zaita, Panamá, Panama |

|                                                      |                  |                                       |                                              |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Información del Instrumento (Instrument Information) |                  |                                       |                                              |
| Equipo (Instrument):                                 | Reloj Comparador | Int. de Medición: (Measurement Range) | Indicación (Readout)                         |
| Marca (Brand):                                       | Mitutoyo         | 5 mm                                  | Analógico (Analog)                           |
| Modelo (Model):                                      | 1044S            | División de escala: (Resolution)      | Ubicación (Location):                        |
| Serie/Código:                                        | LWB276           | 0.01 mm                               | Taller                                       |
|                                                      |                  |                                       | Lugar de Calibración (Place of Calibration): |
|                                                      |                  |                                       | Lab. Innovatec / Innovatec's Lab.            |

|                                         |           |                                                    |                     |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Datos de Calibración (Calibration Info) |           | Condiciones Ambientales (Environmental Conditions) |                     |
| Procedimiento (Procedure):              | INN-PC-11 | Temperatura (Temp):                                | Humedad (Humidity): |
|                                         |           | (23.1 a 22.8) °C                                   | (71 a 61) %HR       |

|                                  |               |            |                                |                  |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Trazabilidad (Traceability Info) |               |            |                                |                  |
| Patrón (Standard)                | Marca (Brand) | Cert. #    | Ultima Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
| Juego de Bloques (mm)            | CME Tools     | 1003718928 | 2023-04-05                     | 2 años           |

|                      |                   |           |               |                             |
|----------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Resultados (Results) |                   |           |               |                             |
|                      | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|                      | (mm)              | (mm)      | (µm)          |                             |
|                      | 1.0               | 0.8250    | -175.0        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 1.1               | 0.8800    | -170.0        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 1.2               | 1.0300    | -170.0        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 1.5               | 1.3400    | -160.0        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 1.8               | 1.6425    | -157.5        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 2.0               | 1.8400    | -160.0        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 3.0               | 2.8525    | -147.5        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 4.0               | 3.8425    | -157.5        | ± 5.8 µm                    |
|                      | 5.0               | 4.8400    | -160.0        | ± 5.8 µm                    |

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025: 2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizo las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Comentarios: | El intrumento presenta una desviación en la punta de contacto. |
| Comments     |                                                                |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| Calibrado por: | Ing. Rubén Ortega C. | Aprobado por: |
| Calibrated by: |                      | Approved by:  |

Fin de Certificado (End of Certificate)



Firmado electrónicamente por  
Ing. Mateo Borquez  
Gerente Técnico