



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 52707

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-12-19

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-01-09

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-01-09

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-09

Cliente (Client): CONSORCIO HPH JOINT VENTURE
Oficina Panamá Pacífico, Boulevard Las Américas, Edificio RSSC, Panamá (Panama),

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Multímetro digital con pinza amperimétrica	Int. de Medición: (Measurement Range)	750 VAC; 1000 VDC; 1000 AAC; 60 MΩ	Ubicación: (Location)	Campo
Marca (Brand):	TOTAL				
Modelo (Model):	TMT4100041	División de escala: (Resolution)	1 VAC; 1 VDC; 1 AAC; 1 MΩ	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #) / ID:	H12E-E432563				

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08	Temperatura (Temp): (27.2 a 28.1) °C Humedad (Humidity): (61 a 67) % HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador	Transmille	47302	2024-08-12	1 año
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno
Comments

Calibrado por: Ing. Edwin Carvajal Aprobado por:
Calibrated by: Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 52707

Equipo (Instrument): Multímetro digital con pinza amperimétrica

Fecha de Calibración:

2025-01-09

Marca (Brand): TOTAL

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión alterna @ 50 Hz	60 mV	6.0 mV	4.2 mV	-1.8 mV	± 0.17 mV
Tensión alterna @ 50 Hz	60 mV	54.0 mV	53.8 mV	-0.2 mV	± 0.20 mV
Tensión alterna @ 50 Hz	600 mV	60.0 mV	59.8 mV	-0.2 mV	± 0.20 mV
Tensión alterna @ 50 Hz	600 mV	540.0 mV	539.9 mV	-0.1 mV	± 1.8 mV
Tensión alterna @ 50 Hz	6 V	5.400 V	5.396 V	-0.004 V	± 19 mV
Tensión alterna @ 50 Hz	60 V	54.00 V	54.02 V	0.02 V	± 0.20 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	60.0 V	59.9 V	-0.1 V	± 0.20 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	300.0 V	299.6 V	-0.4 V	± 1.7 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	540.0 V	539.2 V	-0.8 V	± 1.9 V
Tensión alterna @ 50 Hz	750 V	675.0 V	674.0 V	-1.0 V	± 1.9 V
Tensión alterna @ 60 Hz	60 mV	6.0 mV	4.4 mV	-1.6 mV	± 0.17 mV
Tensión alterna @ 60 Hz	60 mV	54.0 mV	53.8 mV	-0.2 mV	± 0.20 mV
Tensión alterna @ 60 Hz	600 mV	60.0 mV	59.8 mV	-0.2 mV	± 0.20 mV
Tensión alterna @ 60 Hz	600 mV	540.0 mV	539.8 mV	-0.2 mV	± 1.8 mV
Tensión alterna @ 60 Hz	6 V	5.400 V	5.396 V	-0.004 V	± 19 mV
Tensión alterna @ 60 Hz	60 V	54.00 V	54.00 V	0.00 V	± 0.20 V
Tensión alterna @ 60 Hz	600 V	540.0 V	539.3 V	-0.7 V	± 1.9 V
Tensión alterna @ 60 Hz	750 V	675.0 V	674.0 V	-1.0 V	± 1.9 V
Tensión continua	60 mV	6.0 mV	6.1 mV	0.1 mV	± 13 µV
Tensión continua	60 mV	54.0 mV	54.1 mV	0.1 mV	± 21 µV
Tensión continua	60 mV	-54.0 mV	-53.8 mV	0.2 mV	± 21 µV
Tensión continua	600 mV	60.0 mV	60.0 mV	0.0 mV	± 21 µV
Tensión continua	600 mV	540.0 mV	540.0 mV	0.0 mV	± 0.20 mV
Tensión continua	600 mV	-540.0 mV	-539.7 mV	0.3 mV	± 0.20 mV
Tensión continua	6 V	0.600 V	0.600 V	0.000 V	± 1.6 mV
Tensión continua	6 V	5.400 V	5.402 V	0.002 V	± 1.9 mV
Tensión continua	6 V	-5.400 V	-5.399 V	0.001 V	± 1.9 mV
Tensión continua	60 V	6.00 V	6.00 V	0.00 V	± 1.9 mV
Tensión continua	60 V	54.00 V	54.03 V	0.03 V	± 13 mV
Tensión continua	60 V	-54.00 V	-54.00 V	0.00 V	± 13 mV
Tensión continua	600 V	60.0 V	59.9 V	-0.1 V	± 13 mV
Tensión continua	600 V	300.0 V	299.8 V	-0.2 V	± 84 mV
Tensión continua	600 V	-300.0 V	-299.5 V	0.5 V	± 84 mV
Tensión continua	600 V	540.0 V	539.6 V	-0.4 V	± 0.13 mV
Tensión continua	600 V	-540.0 V	-539.1 V	0.9 V	± 0.13 mV
Tensión continua	1000 V	100 V	99 V	-1 V	± 0.13 mV
Tensión continua	1000 V	900 V	899 V	-1 V	± 0.13 mV
Tensión continua	1000 V	-900 V	-898 V	2 V	± 0.13 mV
Intensidad alterna @ 50 Hz	60 A	6.00 A	5.95 A	-0.05 A	± 0.63 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	60 A	54.00 A	54.53 A	0.53 A	± 1.1 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	600 A	60.0 A	60.2 A	0.2 A	± 1.1 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	600 A	180.0 A	181.8 A	1.8 A	± 3.6 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	600 A	300.0 A	303.8 A	3.8 A	± 3.6 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	600 A	420.0 A	426.1 A	6.1 A	± 3.6 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	600 A	500.0 A	507.7 A	7.7 A	± 8.9 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	1000 A	100 A	101 A	1 A	± 3.6 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	1000 A	500 A	512 A	12 A	± 8.9 A

Certificado No.: 52707

Equipo (Instrument): Multímetro digital con pinza amperimétrica

Fecha de Calibración: 2025-01-09

Marca (Brand): TOTAL

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia	600 Ω	0.00 Ω	0.20 Ω	0.20 Ω	± 58 mΩ
Resistencia	600 Ω	540.00 Ω	541.10 Ω	1.10 Ω	± 0.88 Ω
Resistencia	6 kΩ	5.400 kΩ	5.400 kΩ	0.000 kΩ	± 6.6 Ω
Resistencia	60 kΩ	54.00 kΩ	53.90 kΩ	-0.10 kΩ	± 66 Ω
Resistencia	600 kΩ	540.0 kΩ	539.3 kΩ	-0.7 kΩ	± 1.5 kΩ
Resistencia	6 MΩ	5.400 MΩ	5.387 MΩ	-0.013 MΩ	± 70 kΩ
Resistencia	60 MΩ	10.00 MΩ	9.93 MΩ	-0.07 MΩ	± 70 kΩ