

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	MANPOWER PANAMA S.A		
RUC:	289470-1-408582	Fecha:	2024-12-04
Dirección:	SAN FRANCISCO, CALLE 74, EDIFICIO MIDTOWN, OFICINA 11-02, Panamá (Panamá), PANAMÁ		
e-mail:	carlos.echenique@sick.com	Teléfonos:	6588-3612 /
Contacto:	Carlos Echenique	Cargo:	No Indicado

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Multímetro [3.5 Dígitos], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: MANPOWER PANAMA S.A Observación: Nombre del Certificado :SICK AUTOMATION SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	135.00	10%	121.50	121.50

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	135.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	13.50
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	121.50
OBSERVACIONES					IVA 7%:	8.51
					TOTAL:	130.01

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.						
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.						
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.						
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.						
Datos del Asesor:	6796-3263	Betzaida Gonzalez			ventas.panama@group-innovatec.com	