

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	MUNICIPIO DE LOJA		
RUC:	1160000240001	Fecha:	2025-01-21
Dirección:	JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y BOLIVAR, LOJA (LOJA), ECUADOR		
e-mail:	lcalles@loja.gob.ec	Teléfonos:	/ 0996396809
Contacto:	ING. LUIS CALLE	Cargo:	Administrador Proceso

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAAC-002	1	Sonómetro EXTECH HD 600 Informe 1 Tipo de servicio: CALIBRACIÓN Punto de Calibración: - Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: 20 Pa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz - Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 150 dB: (20 a 20000) Hz Documento de Referencia: IEC 61672-1 IEC 61672-2 IEC 61672-3 CEM AC- 003:1999 Descripción: Determinación del error de medición (mensurando) por comparación directa con calibrador acústico multifunción y calibrador eléctrico multifunción. Acreditación: Acreditado ISO/IEC 17025:2017 A2LA (CALIBRACIÓN).	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-15 Por comparación	415.00	0%	415.00	415.00
2	CAAC-001	1	Calibrador acústico para Sonómetro EXTECH HD 600 Tipo de servicio: CALIBRACIÓN Punto de Calibración: - Error de medición en 94 dB y 114 dB en 1 kHz Documento de Referencia: IEC 60942 Descripción: Determinación del error de medición (mensurando) por comparación directa con micrófono y calibrador eléctrico multifunción. Acreditación: Acreditado ISO 17025 A2LA - Reconocido por INACAL	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-15 Por comparación	360.00	0%	360.00	360.00
3	CAAC-002	1	Sonómetro Optimus Red Cirrus Research PLC CR: 162C CLASE 2: Informe1 Tipo de servicio: CALIBRACIÓN Punto de Calibración: - Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: 20 Pa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz - Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 150 dB: (20 a 20000) Hz Documento de Referencia: IEC 61672-1 IEC 61672-2 IEC 61672-3 CEM AC- 003:1999	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-15 Por comparación	415.00	0%	415.00	415.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-16624

Asesor: PA

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.