

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL		
RUC:	1760005620001	Fecha:	2025-02-12
Dirección:	LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	darwin.pozo@epn.edu.ec	Teléfonos:	0297-6300 / 0984475595
Contacto:	ING.DARWIN POZO	Cargo:	LABORATORIO DE ALTO VOLTAJE

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CADM-041	1	Calibración del medidor de espesores (Comparador Mecánico) digital, marca Pantec, modelo 1018. Puntos de calibración: 0,005 mm 0,01 mm 0,04 mm 0,07 mm 0,1 mm 0,13 mm 0,16 mm 0,19 mm 0,2 mm 0,205 mm	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		98.00	0%	98.00	98.00
2	CADM-010	1	Calibración del calibrador pie de rey digital, marca Mitutoyo, modelo Absolute Digimatic. Puntos de calibración: 0,00 mm 5,00 mm 10,00 mm 20,00 mm 30,00 mm 40,00 mm 50,00 mm 100,00 mm 200,00 mm 300,00 mm	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		55.00	0%	55.00	55.00
3	CADM-057	1	Calibración del micrómetro de exteriores analógico, marca Mitutoyo, modelo M110-25. Puntos de calibración: 0,00 mm 1,00 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm 10,00 mm 15,00 mm 20,00 mm 25,00 mm	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		55.00	0%	55.00	55.00
4	CAHM-025	2	Calibración del termohigrómetro digital, marca RCW-800 WIFI, modelo RCW-800 WIFI. Puntos de calibración: Temperatura: 12 °C; 15°C; 20 °C; 25 °C; 30 °C; 35 °C Humedad relativa: 15%HR; 20%HR; 25 %HR; 50 %HR; 70 %HR; 80% HR.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	106.00	0%	106.00	212.00
5	CAMS-003	1	Calibración de la balanza analítica, marca Shimadzu, modelo AUX220. Puntos de calibración: 0,0000 g 0,0050 g 0,0100 g 0,0500 g 0,1000 g 0,5000 g 1,0000 g 10,0000 g 60,0000 g 120,0000 g	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	55.00	0%	55.00	55.00
6	TC-1327	1	Calibración de termómetro digital, marga Fluke, modelo 51II. Puntos de calibración: 10 °C 15°C 18 °C 21°C 23°C 25°C 28°C 30 °C 50 °C 100 °C	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-02 Por comparación	105.00	0%	105.00	105.00
7	CATM-080	1	Calibración de termopar tipo K Puntos de calibración: 10 °C 15°C 18 °C 21°C 23°C 25°C 28°C 30 °C 50 °C 100 °C	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	120.00	0%	120.00	120.00
8	FC-1339	1	Máquina de Ensayos Universal, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 600) N Puntos:ESTANDAR Próx.Cal:un año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-41	780.00	0%	780.00	780.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN



VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17455

Asesor: PA

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.