

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17516

Asesor: RO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Haleon Panamá S.A.		
RUC:	193-426-48244	Fecha:	2025-04-14
Dirección:	Urbanización Industrial Juan Díaz, entre calles A y B, Panama City, Panama, PANAMÁ (Panamá), PANAMÁ		
e-mail:	victor.e.rosales@haleon.com	Teléfonos:	6228-0624 /
Contacto:	Víctor E. Rosales Eleta	Cargo:	Licenciado en Química

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Estufa/Esterilizador/Incubadora 2ptos, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: HERATHERM OGS60, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no iniciado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: calibración del indicador en (80, 105, y 135) °C Mantenimiento Calificación de horno thermo Scientific/ Heratherm Oven OMS60 en 105 °C. Prueba de recuperación y apertura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	995.75	15%	846.39	846.39
2		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: BARNSTEAD, MODELO: FB4801, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y calibración en los siguientes Puntos de medición a 500 °C, 800°C Y 1100 °C	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	480.00	15%	408.00	408.00
3		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW - 5210270, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW - 5210270 Pruebas de recuperación y perdida de energía. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	739.80	15%	628.83	628.83

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
4		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: REL2304A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de Thermo Scientific/ REL2304A Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	739.80	15%	628.83	628.83
5		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: HACH, MODELO: 153, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de HACH/ 153 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	777.50	15%	660.88	660.88
6		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW-S, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de HACH/ 153 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	777.50	15%	660.88	660.88
7		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: SANYO, MODELO: MOV-313P, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de SANYO/ MOV-313P Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	777.50	15%	660.88	660.88
8		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: STERIS, MODELO: CELERITY LCB051, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de STERIS/ CELERITY LCB051 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	777.50	15%	660.88	660.88

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
9		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW-S 2101270, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW-S 2101270 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	739.80	15%	628.83	628.83
10		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	1357.50	15%	1153.88	1153.88
11		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	1357.50	15%	1153.88	1153.88
12		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	1357.50	15%	1153.88	1153.88
13		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	1357.50	15%	1153.88	1153.88
14		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	1357.50	15%	1153.88	1153.88

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
15		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: JP SELECTA, MODELO: 4002519, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ 4002519 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	715.50	15%	608.18	608.18
16		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: JP SELECTA, MODELO: 4002519, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ AUTOTESTES ST DRY 80 LD. 4002519 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	715.50	15%	608.18	608.18
17		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: SYSTEC, MODELO: VX-120, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de SYSTEC/ VX-120 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	715.50	15%	608.18	608.18
18		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: SYSTEC, MODELO: VX-120, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Mantenimiento y Calificación de SYSTEC/ VX-120 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	715.50	15%	608.18	608.18

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	16454.65
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	2468.20
Revisión de la	3	versión	Nro. Órden:		SUBTOTAL:	13986.45
OBSERVACIONES					IVA 7%:	979.05

No se incluye el kit de prueba para los ensayos de Bowie-Dick.

TOTAL: 14965.50

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
-------------------	-----------	---------------------	----------------------------------