

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2024-10832

Asesor:

FB

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS		
RUC:	0190070301001	Fecha:	12/3/24, 2:48 PM
Dirección:	AZUAY / CUENCA / NULTI / PANAMERICANA NORTE S/N, CUENCA (AZUAY), ECUADOR		
e-mail:	fleon@austrogas.com.ec	Teléfonos:	/+593 99 825 2933
Contacto:	ING. FELIPE LEÓN		

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	52029	Detector de Gases Portátil	MSA	Altair 4X	(0 a 100) %LEL	191562	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo tiene roto los botones
2	52030	Detector de Gases	MSA	ALTAIR 5X	(0 a 100) %LEL	116703	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento
3	52032	Detector de Gases	MSA	ALTAIR 5X	(0 a 100) %LEL	105673-K16	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	reception.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesora,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...