

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	SIMED S.A.		
RUC:	1790691810001	Fecha:	1/24/25, 2:21 PM
Dirección:	AV. AMAZONAS N37-102 Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, QUITO (PICHINCHA),		
e-mail:	gmolina@simedcorp.com	Teléfonos:	(593) 22 266 930
Contacto:	Ing. Gabriela Molina	Cargo:	Analista de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	53457	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-4	(-30 a 70) °C	EF5186D00092	NINGUNA
2	53458	Termohigrómetro (datalogger)	ELITECH	RC-4	(-30 a 70) °C	EF5236100400	NINGUNA
3	53460	Termohigrómetro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7186D00943	NINGUNA
4	53461	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-4	(-30 a 70) °C	EF5186D00559	NINGUNA
5	53462	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-4	(-30 a 70) °C	EF5186D00501	NINGUNA
6	53463	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-4	(-30 a 70) °C	EF5186D00534	NINGUNA
7	53464	Termómetro (Datalogger - WIFI)	ELITECH	RC-4	(-30 a 70) °C	EF5186D00597	NINGUNA
8	53465	Termohigrómetro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7186D00227	NINGUNA
9	53467	Termohigrómetro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7186D00281	NINGUNA
10	53468	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102897	NINGUNA
11	53469	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102919	NINGUNA
12	53470	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102900	NINGUNA
13	53471	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102895	NINGUNA
14	53472	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	httpÑ--software.group'innovatec.com-usuarios-DatosCertificadoQR.php_certificado¿NDE2ODM¿KA18	NINGUNA
15	53473	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102891	NINGUNA
16	53474	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102908	NINGUNA
17	53475	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102917	NINGUNA
18	53476	Termohigrómetro Res. 0.1	ELITECH	GSP-6G	(-40 a 85) °C (10 a 99) %HR	EFG233102903	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-11134

Asesor:

FB

Entregó al
Laboratorio:

Firma:

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...