

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AVIANCA - ECUADOR S.A.		
RUC:	1790727203001	Fecha:	2/14/25, 3:19 PM
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	bernardo.prieto@avianca.com	Teléfonos:	0123456789/
Contacto:	BERNARDO PRIETO	Cargo:	ENCARGADO DE

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	54045	HANDHELD LCR METER	AGILENT	U1733C	VER ESPECIFICACIONES	MY54040103	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento EL equipo requiere cambio de batería (X1-9v) PartNumber: U1733C R0658125 Accesorios: Estuche del Equipo X1 Cable con sensor X1 Cable USB X1 Cargador X2 Cables de poder X1 Par de cables pequeños Manuales
2	54046	HANDHELD LCR METER	AGILENT	U1733C	VER ESPECIFICACIONES	MY54080031	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento EL equipo requiere cambio de batería (X1-9v) PartNumber: U1733C R0658125 Accesorios: Estuche del Equipo X1 Cable con sensor X1 Cable USB X1 Cargador X2 Cables de poder X1 Par de cables pequeños Manuales

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	