

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	LOGIKARD C.A.		
RUC:	1791321278001	Fecha:	2/19/25, 2:32 PM
Dirección:	PASAJE TERRANOVA OE-1089 Y GENERAL ELOY ALFARO, CUMBAYA (PICHINCHA),		
e-mail:	crisopherr@logikard.com	Teléfonos:	/0983990509
Contacto:	Cristopher Ramirez	Cargo:	PRODUCCIÓN-

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	54142	PESA	N/A	N/A	(- a 714.29) g	80042000006594	NINGUNA
2	54143	PESA	N/A	7N	(- a 535.71) g	INN-24648	NINGUNA
3	54144	BLOQUE PATRON	N/A	N/A	(- a 1019.37) g	E-1527	NINGUNA
4	54148	MICRÓMETRO DIGITAL	N/A	N/A	(0 a 25) mm	33179283	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
5	54149	Reloj Palpador	SD	N/A	(0 a 12.7) mm	TP-LGRC-003	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
6	54150	Reloj Palpador	SD	N/A	(0 a 12.7) mm	TP-LGRC-002	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
7	54151	Reloj Palpador	SD	N/A	(0 a 12.7) mm	TP-LGRC-001	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
8	54152	Reloj Palpador	SD	N/A	(0 a 12.7) mm	INN-24645	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
9	54153	Calibrador Pie de Rey	BP	CPD6"	(0 a 150) mm	78181011073	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo
10	54154	Calibrador Pie de Rey	BP	CPD6"	(0 a 150) mm	72181013635	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo
11	54155	Calibrador Pie de Rey	STARRETT	799	(0 a 150) mm	22/360070K	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
12	54156	Calibrador Pie de Rey	CENTURY	G246021	(0 a 150) mm	INN-51470	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
13	54157	Reloj comparador	SD	N/A	(0 a 12.7) mm	PD-TM404-01	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo
14	54158	Reloj comparador	SD	N/A	(0 a 12.7) mm	SYA201247177	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo
15	54159	Termohigrómetro Res. 0.1	BOECO	TA-318	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR	TH-01	EL equipo No tiene tapa de batería
16	54160	Termohigrómetro Res. 0.1	BOECO	TA-318	VER ESPECIFICACIONES	INN-42617	EL equipo No tiene tapa de batería
17	54161	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-2	(-50 a 70) °C (10 a 99) %HR (10 a 99) %HR	INN-32245	NINGUNA
18	54162	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-2	(-50 a 70) °C (10 a 99) %HR (10 a 99) %HR	INN-38879	NINGUNA
19	54163	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-2	(-50 a 70) °C (10 a 99) %HR (10 a 99) %HR	INN-38901	NINGUNA
20	54164	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-2	(-50 a 70) °C (10 a 99) %HR (10 a 99) %HR	INN-38878	EL equipo tiene suelto internamente el Display
21	54165	Termohigrómetro Res. 0.1	GYZX	KT203	(-50 a 70) °C (20 a 99) %HR	E-15909	NINGUNA
22	54168	Manómetro analógico	WINTERS	PFQ-ZR SERIES	(0 a 5000) psi	INN-38770	NINGUNA
23	54169	Manómetro analógico	WINTERS	PFQ-ZR SERIES	(0 a 5000) psi	INN-38771	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

--	--	--	--	--	--	--	--

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	