

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |  |            |                    |
|------------|--|------------|--------------------|
| Cliente:   | DELENCANTO FOODS S.A.S.                                |            |                    |
| RUC:       | 1793191092001  | Fecha:     | 3/25/25, 11:13 AM  |
| Dirección: | ORIENTE SN Y GARCIA MORENO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                    |
| e-mail:    | asistenciacalidad@delencantoec.com                     | Teléfonos: | 0984498957/        |
| Contacto:  | Ing. Elizabeth Tamayo                                  | Cargo:     | Control de Calidad |

## DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                           | Marca        | Modelo    | Intervalo            | Serie       | Observaciones Específicas |
|-----|---------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|---------------------------|
| 1   | 55266   | Balanza Digital                       | RADWAG       | WTC 200   | (0 a 200) g          | 635038      | En Sitio                  |
| 2   | 55270   | Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp) | RADWAG       | MA 210.R  | (0 a 220) g          | 643147      | En Sitio                  |
| 3   | 55286   | Balanza Digital                       | ADAM         | DCT2000   | (0 a 2000) g         | AE74823643  | En Sitio                  |
| 4   | 55287   | CONTROLADOR DE TEMPERATURA            | WINPARK      | AK6       | VER ESPECIFICACIONES | INN-55295   | En Sitio                  |
| 5   | 55288   | Balanza Digital                       | CZNEWTON     | AWT-6     | (0 a 6000) g         | 20170402037 | En Sitio                  |
| 6   | 55294   | CONTROLADOR DE TEMPERATURA            | WINPARK      | AK6       | VER ESPECIFICACIONES | INN-55294   | En Sitio                  |
| 7   | 55302   | Balanza Digital                       | Smart Scales | TCS-300kg | (0 a 150) kg         | 0325        | Calibración In Situ       |
| 8   | 55304   | Balanza Digital                       | OHAUS        | T32ME     | (0 a 150) kg         | 7132170831  | Calibración In Situ       |

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |              |                                  |
|-------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| Elaborado por:          | 1725751984 | Steven Muñoz | laboratorio5@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:       |                                  |