

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA		
RUC:	1768045130001	Fecha:	4/10/25, 10:49 AM
Dirección:	E3 BLASCO NUÑEZ DE VELA N36-15 Y N36A COREA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	xdelatorre@inamhi.gob.ec	Teléfonos:	2397110 Ext. 2070/
Contacto:	ING. XIMENA G. DE LA TORRE	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	55854	Refrigerador/Congelador	FISHER SCIENTIFIC	13-986-151B	VER ESPECIFICACIONES	121549001130503	Temperatura entre 2.5°C ± 2.5°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperatura máxima 2.5°C ± 2.5°C
2	55858	Refrigerador/Congelador	FISHER SCIENTIFIC	13-986-151B	VER ESPECIFICACIONES	0145722301140529	Temperatura entre 5°C ± 3°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperatura máxima 5°C ± 3°C
3	55859	Refrigerador/Congelador	FISHER SCIENTIFIC	13-986-151B	VER ESPECIFICACIONES	0145722401140529	Temperatura 3°C ± 3°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperatura máxima 3°C ± 3°C
4	55860	Estufa/Esterilizador/Incubadora 1pto	MEMMERT	UF55	VER ESPECIFICACIONES	B213.0706	Temperaturas en: 104°C ± 1°C 38°C ± 2°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperaturas en: 104°C ± 1°C 38°C ± 2°C
5	55861	Estufa/Esterilizador/Incubadora 1pto	MEMMERT	UF55	VER ESPECIFICACIONES	B214.1523	criterio: Temperaturas en: 104°C ± 1°C 38°C ± 2°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperaturas
6	55862	Incubadora	MEMMERT	INB 400	VER ESPECIFICACIONES	E406.0947	Verificación de temperatura que cumpla con el criterio Temperaturas: (35 y 44°C) ± 1°C (60 °C) ± 2°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperaturas: (35 y 44) °C ± 1°C (60 °C) ± 2°C
7	55863	Incubadora	RAYPA	ID-150	VER ESPECIFICACIONES	53503	Verificación de temperatura que cumpla con el criterio Temperatura 20 °C ± 1°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperatura en 20°C ± 1°C
8	55864	Incubadora	RAYPA	ID-150	VER ESPECIFICACIONES	53663	Verificación de temperatura que cumpla con el criterio Temperatura 20 °C ± 1°C Caracterización acreditada bajo la NORMA ISO/IEC 17025 a 4 posiciones: Temperatura en 20°C ± 1°C

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1751578731	Isaac Calle H.	laboratorio4@group-innovatec.com
----------------	------------	----------------	----------------------------------

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-11735

Asesor:

EIC

Entregó al
Laboratorio:

Firma:

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...