

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-11751

Asesor:

FB

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR		
RUC:	1768153530001	Fecha:	4/11/25, 11:46 AM
Dirección:	ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	estefania.jimenez@eppetroecuador.ec	Teléfonos:	593022993700/
Contacto:	ESTEFANIA JIMENEZ	Cargo:	Tecnico de

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	55900	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	568 IR	(-40 a 800) °C	24920170	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Térmocupla
2	55902	MICRÓMETRO ANÁLOGO	BLUE POINT	N/A	(0 a 1) in	120563361	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
3	55903	MICRÓMETRO ANÁLOGO	BLUE POINT	N/A	(0 a 1) in	120574840	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
4	55904	MICROMETRO ANÁLOGO	BLUE POINT	N/A	VER ESPECIFICACIONES	120555372	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
5	55905	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX-B	(0 a 200) mm	18905923	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
6	55906	MICRÓMETRO DE PROFUNDIDAD	BLUE POINT	N/A	(0 a 6) in	120745601	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X6 Extensiones X2 Llaves
7	55908	Probador digital de pulseras y calzado	SCS	770030	VER ESPECIFICACIONES	7700301825014	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
8	55909	Megohmetro	SCS	00701	VER ESPECIFICACIONES	007011742013	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X2 Bases de descarga electrostática X1 Par de Cables de conexión
9	55933	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T-45557	EL cristal del manómetro esta roto
10	55934	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T-34843	El cristal del manómetro tiene una fisura
11	55935	Manómetro analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 3000) psi	T-34845	El cristal del manómetro tiene una fisura

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	reception.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesora,
 Proyectos de Ingeniería, y más...