

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	OBEN ECUADOR S.A.		
RUC:	1790663671001	Fecha:	4/14/25, 10:26 AM
Dirección:	CALDERON (CARAPUNGO) / DUCHICELA 2681 Y LA CONCORDIA, QUITO (PICHINCHA),		
e-mail:	luistusa@obengroup.com	Teléfonos:	023922727/098 406
Contacto:	Ing. Luis Javier Tusa	Cargo:	Control de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	55945	Balanza	Weighing Indicator	Lexus	(0 a 200) Kg	INN-55944	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 50,02 Inf. Iz 49,96 Sup. Iz
2	55949	Balanza	Weighing Indicator	Lexus	(0 a 200) Kg	XH2101011198	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 50,02 Inf. Iz 49,98 Sup. Iz 50,02 Inf. Der 49,96 Sup. Der
3	55950	Balanza	Weighing Indicator	Lexus	(0 a 200) Kg	XH21090150076	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 50,01 Inf. Iz 50,01 Sup. Iz 50,01 Inf. Der 50,01 Sup. Der
4	55951	Balanza	CAS	CI-2001A	(60.1 a 500) Kg	CT02502987	40,02 Sup. Iz 40,02 Inf. Iz 39,98 Sup. Der 39,98 Inf. Der Centro: 40 kg
5	55952	Balanza	Weighing Indicator	Lexus	(0 a 200) Kg	XH2101011193	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 50,01 Inf. Iz 50,01 Sup. Iz 50,01 Inf. Der 50,01 Sup. Der
6	55953	Balanza	MATRIX	LEXUS	(0 a 200) Kg	CS171743	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 50,02 Inf. Iz 50,02 Sup. Iz 50,04 Inf. Der 50,02 Sup. Der
7	55954	Balanza	CAS	Lexus	(0 a 200) Kg	450198	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 50,02 Inf. Iz 49,98 Sup. Iz 50,02 Inf. Der 49,96 Sup. Der
8	55955	Balanza	CAS	Lexus	(0 a 200) Kg	XH2106004636	200 kg Excentricidad 50 kg Centro Y TODOS LOS LADOS
9	55956	Balanza	CAS	CI-2001A	(60.1 a 500) Kg	CI08602754	40,02 Sup. Iz 40,02 Inf. Iz 39,98 Sup. Der 39,98 Inf. Der Centro: 40 kg
10	55957	Balanza	Weighing Indicator	Lexus	(0 a 200) Kg	XH23070051317	200 kg Excentricidad DESFASADO POR PLATO
11	55958	Balanza	MATRIX	LEXUS	(0 a 200) Kg	CS172226	200 kg Excentricidad 50 kg Centro 49,98 Inf. Iz 50,00 Sup. Iz 49,98 Inf. Der 49,98 Sup. Der
12	55960	Balanza	Weighing Indicator	Lexus	(0 a 200) Kg	XH22020011725	200 kg Excentricidad DESFASADO POR PLATO

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1751578731	Isaac Calle H.	laboratorio4@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	