

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INNOVATECIS CIA. LTDA.		
RUC:	1792514576001	Fecha:	5/6/25, 8:33 AM
Dirección:	Jose Maria Guerrero N69-170 y Alfonso Del Hierro, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	gerencia.tecnica@group-innovatec.com	Teléfonos:	0987960018/
Contacto:	Mateo Bórquez	Cargo:	Gerente Técnico

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	56633	Tacómetro mayor 1000 rpm	NEEWER	DT-2236C	(10 a 99999) rpm	S009639	EQUIPO PATRON INNOVATEC Accesorios: N/A; NA
2	56634	PESA	N/A	N/A	(0 a 1000) g	INN-45379	Calibración Interna de Patrón
3	56647	Calibrador Pie de Rey	STARRETT	N/A	(0 a 300) mm (0 a 12) in	14/280012	Calibración Interna de Patrón
4	56648	TORQUE TRANSDUCER	STAHLWILLE	7728-10	(10 a 100) Nm	515060018	Calibración Interna de Patrón Accesorios: NA
5	56649	TORQUE TRANSDUCER	STAHLWILLE	7728-100	(100 a 1000) Nm	515080122	EQUIPO PATRON INNOVATEC Accesorios: NA
6	56650	Datalogger	LASCAR	EL-USB-1-PRO	VER ESPECIFICACIONES	068010133	Calibración Interna de Patrón Accesorios: NA
7	56651	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	INNV-04	Calibración Interna de Patrón
8	56652	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4H	(-40 a 85) °C	INNVDATA06	Calibración Interna de Patrón
9	56653	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	INNV-07	Calibración Interna de Patrón
10	56654	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	INNV-06	Calibración Interna de Patrón
11	56656	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	INN-27346	Calibración Interna de Patrón
12	56657	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	INN-27762	Calibración Interna de Patrón
13	56658	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	EF7186E00379	Calibración Interna de Patrón
14	56659	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	INNV-18	Calibración Interna de Patrón
15	56660	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	7186E00403	Calibración Interna de Patrón
16	56670	Termohigrómetro	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (0 a 99) %HR	EF7186E00327-1	Calibración Interna de Patrón Accesorios: N/A
17	56671	TERMOHIGROMETR	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C	7212101087	Calibración Interna de Patrón

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1719064121	Estephanie Estrada	asistencia.tecnica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	