

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13205

Asesor:

SM

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	NIRSA S.A.		
RUC:	0990007020001	Fecha:	9/25/25, 10:23 PM
Dirección:	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA, TARQUI (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	vmaldonado@nirsa.com	Teléfonos:	042284010/0422924
Contacto:	VANESA MALDONADO	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	61764	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61764	Calibración In Situ
2	61765	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61765	Calibración In Situ
3	61766	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61766	Calibración In Situ
4	61767	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61767	Calibración In Situ
5	61768	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61768	Calibración In Situ
6	61769	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61769	Calibración In Situ
7	61770	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61770	Calibración In Situ
8	61771	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61771	Calibración In Situ
9	61772	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61772	Calibración In Situ
10	61773	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61773	Calibración In Situ
11	61774	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61774	Calibración In Situ
12	61775	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61775	Calibración In Situ
13	61776	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61776	Calibración In Situ
14	61777	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61777	Calibración In Situ
15	61778	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61778	Calibración In Situ
16	61779	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61779	Calibración In Situ
17	61780	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61780	Calibración In Situ
18	61781	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61781	Calibración In Situ
19	61782	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61782	Calibración In Situ
20	61783	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61783	Calibración In Situ
21	61784	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61784	Calibración In Situ
22	61785	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61785	Calibración In Situ
23	61786	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61786	Calibración In Situ
24	61787	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61787	Calibración In Situ

25	61788	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61788	Calibración In Situ
26	61789	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61789	Calibración In Situ
27	61790	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61790	Calibración In Situ
28	61791	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61791	Calibración In Situ
29	61792	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61792	Calibración In Situ
30	61793	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61793	Calibración In Situ
31	61794	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61794	Calibración In Situ
32	61835	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61835	Calibración In Situ
33	61836	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61836	Calibración In Situ
34	61837	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61837	Calibración In Situ
35	61838	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61838	Calibración In Situ
36	61839	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61839	Calibración In Situ
37	61840	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61840	Calibración In Situ
38	61841	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61841	Calibración In Situ
39	61842	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61842	Calibración In Situ
40	61843	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61843	Calibración In Situ
41	61844	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61844	Calibración In Situ
42	61845	PT100/RTD+Control/Le c [3pts]	N/A	NA	(-200 a 850) °C	INN-61845	Calibración In Situ

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	