

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
5 °	5.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
10 °	10.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
15 °	15.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
20 °	20.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
30 °	30.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
45 °	45.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
60 °	60.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
75 °	75.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °
90 °	90.05 °	0.05 °	± 0.15 °	±	2.90E-02 °