

Certificado No. (Certificate #): 52089		Equipo (Instrument): Calibrador Pie de Rey			
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-12-10		Marca (Brand): MITUTOYO			
Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	5 mm	5.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	30 mm	30.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	70 mm	70.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	110 mm	110.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	150 mm	150.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Interior / (Interior)	10 mm	10.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Interior / (Interior)	120 mm	120.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Profundidad / (Depth)	50 mm	50.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Profundidad / (Depth)	100 mm	100.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm