

Certificado No. (Certificate #):		53419		Equipo (Instrument):		Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-01-30		Marca (Brand):		Starrett	
Tipo de Medida (Measurement Type)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Exterior / (Exterior)		50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)		100 mm	100.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)		150 mm	150.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)		200 mm	200.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)		280 mm	280.00 mm	0 µm	± 40 µm	±	1.2E+01 µm
Interior / (Interior)		30 mm	30.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	1.3E+01 µm
Interior / (Interior)		150 mm	150.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	1.3E+01 µm