

| Nominal <i>(Nominal)</i> | Patrón <i>(Standard)</i> | UBP <i>(UUT)</i> | Error <i>(Error)</i> | Exactitud <i>(Accuracy)</i> | Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i> |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 30 °C                    | 26.420 °C                | 34.2 °C          | 7.780 °C             | ± 0.5 °C                    | ± 3.1E+00 °C                       |
| 30 %HR                   | 30.999 %HR               | 42.5 %HR         | 11.501 %HR           | ± 3 %HR                     | ± 7.4E-02 %HR                      |
| 50 %HR                   | 50.509 %HR               | 53.0 %HR         | 2.491 %HR            | ± 3 %HR                     | ± 7.4E-02 %HR                      |
| 70 %HR                   | 68.934 %HR               | 70.4 %HR         | 1.466 %HR            | ± 3 %HR                     | ± 7.4E-02 %HR                      |