

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
1 mm	0.99 mm	-10 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
2.00 mm	2.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
3 mm	3.0 mm	0 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
5.0 mm	4.99 mm	-10 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
10 mm	10.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
15.0 mm	15.00 mm	0 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
20 mm	19.99 mm	-10 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm
25 mm	24.99 mm	-10 µm	± 30 µm	±	5.8E+00 µm

Parametro	Serie	Tolerancia	Valor Nominal	Valor Encontrado	Pasa/No Pasa
Inclinación Cero	2-14010	Anillo de Centro	0.4 °	Aniilo de Centro	Pasa
Diámetro Depth Gage	-	± 0.50 mm	25.40 mm	25.337 mm	Pasa
Diámetro Plug Gage Shaft	-	9.50 a 9.53 mm	9.50 a 9.53 mm	9.513 mm	Pasa
Diámetro Externo Plug Gage	-	30.91 a 30.94 mm	30.91 a 30.94 mm	30.93 mm	Pasa
Cuadratura Plug Gage	-	0 a 0.05 mm TIR	0 a 0.05 mm TIR	0.03 mm TIR	Pasa
Eje de Alineación - Extremo Plano	-	9.50 a 9.53 mm	9.50 a 9.53 mm	9.512 mm	Pasa
Eje de Alineación - Centro	-	9.50 a 9.53 mm	9.50 a 9.53 mm	9.511 mm	Pasa
Eje de Alineación - Extremo Cónico	-	9.50 a 9.53 mm	9.50 a 9.53 mm	9.512 mm	Pasa
Eje de Alineación - Rectitud	-	0 a 0.04 mm TIR	0 a 0.04 mm TIR	0.03 mm TIR	Pasa
Adaptador Diámetro Interno	-	30.95 a 30.98 mm	30.95 a 30.98 mm	30.95 mm	Pasa
Adaptador Diámetro Externo	-	± 0.13 mm	110.49 mm	110.46 mm	Pasa
Adaptador Diámetro del Labio	-	± 0.13 mm	136.53 mm	136.49 mm	Pasa

Incertidumbre de Medida:

Medición de Mando: ± 10 µm

Medición de Inclinación: ± 0.012 °