

Certificado No. (Certificate #):		53852	Equipo (Instrument): Nivel digital		
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-02-10	Marca (Brand): MILWAUKEE		
Patrón (Standard)		UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
10.0000 °		10.01 °	0.01 °	± 0.1 °	± 9.00E-03 °
20.0000 °		20.03 °	0.03 °	± 0.1 °	± 8.00E-03 °
30.0000 °		30.03 °	0.03 °	± 0.1 °	± 8.00E-03 °
45.0000 °		44.97 °	-0.03 °	± 0.1 °	± 8.00E-03 °
50.0000 °		50.02 °	0.02 °	± 0.1 °	± 8.00E-03 °
60.0000 °		60.02 °	0.02 °	± 0.1 °	± 1.20E-02 °
70.0000 °		70.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 1.30E-02 °
80.0000 °		80.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 1.30E-02 °
90.0000 °		90.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 1.20E-02 °