

Certificado No. (Certificate #):		54375		Equipo (Instrument):		Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-02-26		Marca (Brand):		KS Tools	
Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)		
Exterior / (Exterior)	50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.1E+00 µm		
Exterior / (Exterior)	150 mm	150.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.1E+00 µm		
Exterior / (Exterior)	250 mm	250.02 mm	17 µm	± 40 µm	± 8.1E+00 µm		
Exterior / (Exterior)	375 mm	375.02 mm	20 µm	± 40 µm	± 8.1E+00 µm		
Exterior / (Exterior)	450 mm	450.03 mm	30 µm	± 50 µm	± 8.1E+00 µm		
Interior / (Interior)	50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm		
Interior / (Interior)	350 mm	350.00 mm	0 µm	± 40 µm	± 8.2E+00 µm		