

Certificado No. (Certificate #):		54376		Equipo (Instrument):		Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-02-26		Marca (Brand):		Performance Tool	
Tipo de Medida (Measurement Type)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Exterior / (Exterior)		1 mm	0.99 mm	-10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		10 mm	9.99 mm	-10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		25 mm	25.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		50 mm	50.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		150 mm	150.02 mm	20 µm	± 30 µm	± 7.5E+00 µm	
Interior / (Interior)		50 mm	49.98 mm	-17 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm	
Interior / (Interior)		100 mm	99.97 mm	-27 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm	
Profundidad / (Depth)		50 mm	50.02 mm	17 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm	
Profundidad / (Depth)		100 mm	100.02 mm	17 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm	