

Certificado No. (Certificate #):

54976

Equipo (Instrument): Inclinometro

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2026-01-30

Marca (Brand):

-

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
5.00 °	5.05 °	0.05 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
15.00 °	15.00 °	0.00 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
25.00 °	25.00 °	0.00 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
30.00 °	30.00 °	0.00 °	± 0.2 °	± 3.00E-02 °
45.00 °	45.05 °	0.05 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
60.00 °	60.05 °	0.05 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
70.00 °	70.00 °	0.00 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
80.00 °	80.00 °	0.00 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °
90.00 °	90.00 °	0.00 °	± 0.2 °	± 2.90E-02 °